

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Однокупольный, передвижной (мобильный) хирургический светильник	шт.	1

1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Световой поток светильника должен быть не менее 120000 Люкс на расстоянии 1м

2.2. Интенсивность напряжение света должна регулироваться с диапазоном не менее 50-100%

2.3. Цветовая температура: должна быть не менее 4500 К, индекс цветопередачи не менее: 95Ra.

2.4. Диаметр светового поля не менее 11 см

2.5. Вариант крепления: передвижной напольный.

2.6. Возможность регулировки интенсивности цвета.

2.7. Возможность регулировки цветовой температуры.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.2. Требования о наличии технической документации и иной информации: наличие руководства пользователя и технической документации на русском языке.