

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Контейнер для транспортировки пробирок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контейнер для транспортировки пробирок	на 40-60 пробирок	штук	400
1.2.	Контейнер для транспортировки пробирок	на 80-110 пробирок	штук	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика;
- 2.2. Наличие ручки для переноса контейнера;
- 2.3. Контейнер должен быть укомплектован следующим: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка.

Лот 2 Контейнер для транспортировки (забор крови)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контейнер для транспортировки (забор крови)	штук	250

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика;
- 2.2. Наличие ручки для переноса контейнера;
- 2.3. Контейнер должен быть укомплектован следующим: контейнер, держатель (штатив) на не менее 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка.

Лот 3 Контейнер для транспортировки (забор крови)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контейнер для транспортировки (забор крови)	штук	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика;
- 2.2. Наличие ручки для переноса контейнера;
- 2.3. Контейнер должен быть укомплектован следующим: контейнер, держатель (штатив) на не менее 40 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка.

Лот 4 Контейнер для транспортировки предметных стекол

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контейнер для транспортировки предметных стекол	на 60-80 предметных стекол	штук	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика;
- 2.2. Наличие ручки для переноса контейнера;
- 2.3. Контейнер должен быть укомплектован следующим: контейнер, держатель стекол, крышка.

Лот 5 Контейнер для транспортировки флаконов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контейнер для транспортировки флаконов	на 6-9 стандартных флаконов емкостью 250 мл	штук	150
1.2.	Контейнер для транспортировки флаконов	на 10-15 стандартных флаконов емкостью 250 мл	штук	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика;
- 2.2. Наличие ручки для переноса контейнера;
- 2.3. Контейнер должен быть предназначен для транспортировки стандартных флаконов емкостью 250 мл;
- 2.3. Контейнер должен быть укомплектован следующим: контейнер, держатель флаконов, крышка.

Лот 6 Контейнер для транспортировки биологического материала

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контейнер для транспортировки биологического материала	3 литра	штук	250
1.2.	Контейнер для транспортировки биологического материала	5 литров	штук	350

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Контейнер должен быть изготовлен из ударопрочного пластика;
- 2.2. Наличие ручки для переноса контейнера;