

1. Состав (комплектация) изделий лот 1:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Коагуляционные ножницы для лапароскопической хирургии типа «ACE+» или аналог	штука	12

2. Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Технические требования лот 1:

№	Наименование позиции	Описание и технические требования:
1.	Коагуляционные ножницы для лапароскопической хирургии типа «ACE+» или аналог Конструктивно совместимы с Harmonic GEN11 ETHICON ENDO-SURGERY, INC.	1.1 Должны быть конструктивно совместимы с лапаросонической рукояткой HP054. генераторf GEN11 1.2 Имеют диаметр ствола $5 \pm 0,1$ мм и антибликовое покрытие ствола. 1.3 Длина ствола инструмента – 35-37 см. 1.4 Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента на 360°. 1.5 Форма лезвий рабочей части – изогнутая. 1.6 Имеют функцию (и кнопки) ручной активации процесса рассечения и коагуляции тканей. 1.7 Должны обеспечивать лигирование сосудов до 5 мм в диаметре. 1.8 Стерильные. Одноразового применения.

Состав (комплектация) изделий лот 2:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Биполярный зажим для лапароскопической хирургии с функцией разрезания тканей отдельной клавишей	штука	12

Технические требования лот 2:

№	Наименование позиции	Описание и технические требования:
1.	Биполярный зажим для лапароскопической хирургии, средний; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей Конструктивно совместимы с Harmonic GEN11 ETHICON ENDO-SURGERY, INC.	1.1 Должен быть конструктивно совместим с генератором GEN11. 1.2 Имеет диаметр ствола $5 \pm 0,1$ мм. 1.3 Длина ствола инструмента – 36-38 см.

	1.4 Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента на 360°. 1.5 Рабочая часть – изогнутые удлиненные лезвия длиной не менее 20 мм. 1.6 Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции тканей отдельной клавишей. 1.7 Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре. 1.8 Стерильный. Одноразового применения.
--	--

Состав (комплектация) закупаемых изделий лот 3

№	Наименование аппарата	Кол-во
1	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см совместимый с Olympus THUNDERBEAT USG 410.	10 шт.

Технические требования лот 3:

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани Конструктивно совместимы с биполярным ультразвуковым генератором Olympus THUNDERBEAT USG 410.	1.1 Должны быть конструктивно совместимы с трансдьюсером TD-TB400, диаметр ствола 5,0 – 5,5 мм, длина инструмента 33-36 см: 1.2 фронтальная рукоятка; 1.3 не менее 2-х кнопок управления: 1.4 - для одновременной коагуляции и рассечения ткани; 1.5 - для коагуляции ткани; 1.6 ротация бранш - 360°; 1.7 верхняя бранша – подвижная, биполярная; 1.8 нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; 1.9 возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм;

1. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: по лотам №1,2:

1.1. Все изделия должны быть стерильными;

1.2. Срок годности (стерильности) поставляемого товара не менее 12 от установленного заводом изготовителем срока годности (стерильности).