

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для определения антигенов <i>N.meningitidis</i> группа А, группа В/Е. <i>Coli K1</i> , группа С, группа Y/W135, <i>Haemophilus influenzae</i> тип В, <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Streptococcus</i> группы В (латекс) (1 набор не более 50 тестов)	набор	14

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначен для выявления антигенов *N.meningitidis* группа А, группа В/Е. *Coli K1*, группа С, группа Y/W135, *Haemophilus influenzae* тип В, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus* группы В в латекс-агглютинации.

2.2. Товар должен сопровождаться инструкцией по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для определения антигенов <i>Streptococcus pneumoniae</i> (латекс) (1 набор не более 50 тестов)	набор	11

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначен для выявления антигенов *Streptococcus pneumoniae* в латекс-агглютинации.

2.2. Товар должен сопровождаться инструкцией по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для идентификации стрептококков по группам А, В, D и др. (латекс) (1 набор не менее 50 тестов)	набор	13

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначен для выявления антигенов стрептококков групп А, В, D и др. в латекс-агглютинации.

2.2. Товар должен сопровождаться инструкцией по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот 14

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для определения антигенов H.influenzae тип В (латекс) (1 набор – не менее 25 тестов)	набор	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначен для выявления антигенов H.influenzae тип В в латекс-агглютинации.

2.2. Товар должен сопровождаться инструкцией по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности, установленного производителем.