

**Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов ACL) для ОЗ Гомельской области**

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1.	Расходные материалы к автоматическим анализаторам гемостаза серии ACL (модель ACL Elite Pro, ACL TOP, ACL 10000) (Instrumentation Laboratory, США)	Разбавитель факторов HemosIL, флакон не менее 100 мл или аналог Должны быть совместимы с автоматическими анализаторами гемостаза серии ACL (модель Elite Pro, ACL TOP, ACL 10000), согласно инструкции по применению или др. документа от производителя.	220 фл.
		Моющий Раствор (Clean A) HemosIL, флакон не менее 500 мл или аналог Должны быть совместимы с автоматическими анализаторами гемостаза серии ACL (модель ACL Elite Pro, ACL TOP, ACL 10000) согласно инструкции по применению или др. документа от производителя.	148 фл.
		Моющий агент (Clean B) HemosIL, флакон не менее 80 мл, или аналог Должны быть совместимы с автоматическими анализаторами гемостаза серии ACL (модель ACL Elite Pro, ACL TOP, ACL 10000) согласно инструкции по применению или др. документа от производителя.	181 фл.
		Промывочный раствор (Wash-R) HemosIL, флакон не менее 1000 мл или аналог Должны быть совместимы с автоматическими анализаторами гемостаза серии ACL (модель ACL Elite Pro, ACL 10000) согласно инструкции по применению или др. документа от производителя.	443 фл.
		Реагент для промывания HemosIL канистра не менее 4 л или аналог Должны быть совместимы с автоматическими анализаторами гемостаза серии ACL (модель ACL TOP), согласно инструкции по применению или др. документа от производителя.	815 кан.

2. Технические требования:

2.1 ЛОТ №1: Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.