

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 01.06.2026 № 4-17/218
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «**Авторефкератометр**» (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискурнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **04.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР

(наименование предмета государственной закупки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОПИСАНИЕ) МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ:

1. Состав:

№п/п	Наименование	Количество
1	Авторефкератометр	1 шт

2. Технические требования предмета закупки

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Режим измерений	1.автоматическое измерение роговицы/кривизны (K/R) 2.измерение кривизны (режим REF), измерение роговицы (режим KER) 3.функция автоматического «затуманивания» при каждом измерении; 4.возможность работы в ярко освещенном помещении; 5.автоматическое измерение межзрачкового расстояния; 6.наличие режима измерения с интраокулярной линзой 7.возможность проведения теста на ослепление, теста Амслера; 8. непрерывный режим измерения, предназначенный для детей и подростков; 9. система вращающихся призм для минимизации аккомодационной ошибки; 10. высокая достоверность в воспроизведении результатов;
2.	Измерение расстояния между вершинами роговицы (вертексное расстояние, VD)	0.0, 12.0, 13.75, 15.0
3.	Сферическая рефракция	От -25D до +22D, шаг 0,01D/0.12D/0.25D
4.	Цилиндрическая рефракция	От 0D до +/-10 D, шаг 0,01D/0.12D/0.25D
5.	Направление осей астигматизма (ax)	От 0 до 180 гр., шаг 1/5гр.
6.	Межзрачковое расстояние (PD)	От 20 до 86 мм (шаг 0,5мм/1мм)
7.	Минимальный диаметр зрачка, при котором возможно измерение роговицы	2мм
8.	Радиус кривизны роговицы	От 5,0 до 13,0(единица 0,01 мм)
9.	Рефракция роговицы	от 25,96 D до 67.5D(сила Единица 0,05/0,12/0,25 D
10.	Роговичная рефракция	От 0,0 до -15,0 D (с шагом 0,12/0,25D)
11.	Замеры диаметра роговицы	0-15мм

12.	Вертексное расстояние (VD)	0,0/12,0/13,75/15,0 мм
13.	Автоматический и ручной режимы, дополнительные режимы	Катаракта /ИОЛ
14.	Сенсорный TFT цветной ЖК - монитор диагональю 8,5 дюйма, вс	монитор диагональю 8,5 дюйма, встроенный термопринтер

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.