

Лот 4

Утверждаю

Главный врач

УЗ «Брестская областная
клиническая больница»

А.С.Карпицкий

« »

2026г.



Консоль медицинская настенная вертикальная
Необходимое количество закупаемых изделий 16 комплектов.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 комплект):

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Консоли медицинские вертикальные настенного крепления (на 1 пациента)	шт	16
1.2.	Устройство для подачи кислорода	шт	1
1.3	Вертикальная стойка для крепления медицинского оборудования	шт	1
1.4.	Электрических розеток	шт	8
1.5	Выключатель автоматический	шт	2
1.6	Стандартный технологический рельс	шт	2
1.7	Светильник освещения зоны пациента	шт	1
1.8	Увлажнитель кислорода медицинский	шт	1
1.9	Автоклавируемые ёмкости увлажнения	шт	1
1.10	Клеммы эквипотенциального заземления	шт	2
1.11	Навесные полки	шт	2
1.12	Стойка инфузионная	шт	1
1.13	Сетевой разъём RJ-45	шт	1
1.14	Комплект крепления	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Корпус из анодированного алюминия.

2.2. Устройство для подачи кислорода, стандарт DIN 13260-2,

2.3. Вертикальная стойка для крепления медицинского оборудования (крепление к стене) длина 1300 мм,

2.4. Стандартный технологический рельс, длина 800 мм.

2.5.Светильник освещения зоны пациента, крепление на рельс, свободное перемещение во всех плоскостях.

2.6.Навесные полки для медицинского оборудования, крепление на стандартный технологический рельс, 1 ярус, шириной не менее 400 мм, длиной не менее 400 мм,

2.7.Увлажнитель кислорода медицинский с поплавковым регулятором потока, со шлангом и штекером. Крепится на стандартный медицинский рельс. Диапазон регулировки потока: 0–30 л/мин,

2.8. Автоклавируемые ёмкости увлажнения: не менее 250 мл,

2.9. Масса консоли не более 16 кг.

2.10. Грузоподъёмность консоли до 55 кг.

2.11.Рабочая длина консоли от 1000 до 1200 мм. глубина до 170 мм, высота до 320 мм.

2.12.Длина консоли не может быть менее необходимой для физического размещения встраиваемого и навесного оборудования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.