

БелМТ №319/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
ингалятора парового с регулируемой температурой пара 38–42 °С

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Основной блок ингалятора с отсеком для лекарственных средств	шт.	1
1.2.	Сменные маски для взрослых	шт.	10
1.3.	Насадка для носа.	шт.	10
1.4.	Кабель питания.	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Предназначен для проведения паровых ингаляций в медицинских учреждениях, при лечении заболеваний верхних дыхательных путей (ОРВИ, бронхиты, синуситы и др.) путем вдыхания теплого пара.

2.2. *Наличие подтверждающих документов о возможности использования лекарственных растворов.

2.3. Температура пара регулируется в пределах 38–42 °С с точностью до ± 1 °С.

2.4. Вместимость резервуара в диапазоне не менее 25 мл.

2.5. Минимальный остаточный объем раствора не более 0,7 мл.

2.6. Материал резервуара: термостойкий пластик или стекло, безопасный для медицинского применения.

2.7. Время непрерывной работы не менее 30 минут без необходимости долива жидкости.

2.8. Наличие функции автоматического отключения при отсутствии жидкости в резервуаре.

2.9. Длина сетевого шнура не менее 1,5 метра.

2.10. Потребляемая мощность не более 500 Вт.

- 2.11. Наличие дисплея для отображения текущей температуры и времени работы.
- 2.12. Наличие возможности регулировки интенсивности подачи пара.
- 2.13. Наличие таймера с функцией автоматического отключения.
- 2.14. Наличие функции защиты от перегрева и автоматическое отключение при превышении допустимой температуры.
- 2.15. Наличие изоляции нагревательных элементов с целью предотвращения ожогов.

Примечание:

Знаком (*) обозначаются пункты требования технического задания, определяющие уровень возможностей и класс аппарата. Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Согласно аукционным документом организатора.