

БелМТ №851/25
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	система инфузионная с мембранным фильтром без ПВХ	шт	10 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О
государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1.1. назначение – для введения химиопрепаратов (таксанов);
- 2.1.2. соединительная муфта для дополнительных инъекций – наличие;
- 2.1.3. мембранный фильтр с размерами ячеек <0,22мкм – наличие;
- 2.1.4. регулятор скорости роликового типа – наличие;
- 2.1.5. игла из нержавеющей стали – наличие;
- 2.1.6. материал шланга и камеры – полиэтилен медицинского назначения;
- 2.1.7. упаковка – стерильная, индивидуальная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора