

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Губка гемостатическая для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1: Губка гемостатическая	размер 70мм x 50мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 9-11мм	3 317 штук
ЛОТ №2: Губка гемостатическая	размер 50мм x 30мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 9-11мм	1 421 штук
ЛОТ №3: Губка гемостатическая	размер 125мм x 80мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 9-11мм	1 460 штук
ЛОТ №4: Губка гемостатическая	размер 20мм x 60мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 6-10мм	270 штук
ЛОТ №5: Губка гемостатическая	размер 200мм x 70мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 0,4-0,6мм	75 штук
ЛОТ №6: Губка гемостатическая	размер 30мм x 30мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 9-11мм	260 штук
ЛОТ №7: Губка гемостатическая	размер 10мм x 10мм ($\pm 5\%$ от размера), толщина 9-11мм	1 500 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1-7: Губка гемостатическая
2.1. Губка должна иметь сухую пористую структуру. 2.2. Должна полностью абсорбироваться при оставлении в области поражения. 2.3. Должна останавливать кровотечение. 2.4. Должна быть упакована в индивидуальную стерильную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.