

Лот 1. Фартук защитный хирургический**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный хирургический	Малый (S)	штук	2
1.2.	Фартук защитный хирургический	Средний (M)	штук	10
1.3.	Фартук защитный хирургический	Большой (L)	штук	8
1.4.	Фартук защитный хирургический	XL	штук	14
1.5.	Фартук защитный хирургический	XXL	штук	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук хирургический должен быть предназначен для защиты персонала от ионизирующего излучения при выполнении рентгенохирургических вмешательств.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. В фартуке защитном хирургическом должны использоваться лямки накрест с фиксацией на липучках спереди.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача

Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 2. Фартук защитный односторонний

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный односторонний	Малый (S)	штук	3
1.2.	Фартук защитный односторонний	Средний (M)	штук	2
1.3.	Фартук защитный односторонний	Большой (L)	штук	12
1.4.	Фартук защитный односторонний	XL	штук	3
1.5.	Фартук защитный односторонний	XXL	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук односторонний должен быть предназначен для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований и рентгенохирургических вмешательств.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. В фартуке защитном одностороннем должны использоваться лямки с фиксацией на липучках спереди.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении

Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 3. Воротник защитный большой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Воротник защитный большой	штук	93

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Воротник должен защищать области щитовидной железы от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. В воротнике должны использоваться застёжки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 4. Юбка защитная круговая**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Юбка защитная круговая	L	штук	13
1.2.	Юбка защитная круговая	XI.	штук	5
1.3.	Юбка защитная круговая	XXL	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначена для защиты со всех сторон органов таза, включая области гонад и костей таза от рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований и операций под рентгеновским контролем.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента спереди не менее Pb-0,5мм, сзади не менее Pb-0,35мм.

2.3. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. Должны использоваться застёжки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 5. Фартук-передник

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук-передник	штук	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначен для защиты половых органов со стороны пучка рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований и операций под рентгеновским контролем

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. Длина не менее 38см, ширина не менее 40см; для фиксации защиты должен использоваться обруч.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 6. Пластина рентгенозащитная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Пластина рентгенозащитная	100х60см	штук	13
1.2.	Пластина рентгенозащитная	50х30см	штук	35

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Пластины рентгенозащитные предназначены для защиты отдельных органов (преимущественно половой сферы) пациента или формирования поля облучения пациента от рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1мм.

2.3. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. Пластины должны быть прямоугольной формы.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 7. Шапочка рентгенозащитная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Шапочка рентгенозащитная	штук	90

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Шапочка должна обеспечивать защиту головы при проведении рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 8. Очки рентгенозащитные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Очки рентгенозащитные	штук	75

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначены для защиты хрусталика глаза человека при выполнении рентгеноскопии.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,75мм.

2.3. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 9 . Набор рентгенозащитных пластин

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Набор рентгенозащитных пластин	Комплект	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Пластины должны защищать отдельные органы пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1мм.

2.3. Пластины должны быть различных размеров (+/-1см):

- пластина прямоугольная (2шт.) не менее 35х10 см;
- пластина квадратная (2шт.) не менее 10х10 см;
- пластина треугольная (1шт.) не менее 30х17,5 см;
- пластина овальная (1шт.) не менее 30х10 см;
- пластина дуговая (1шт.) не менее 42х14,5 см.

2.4. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.5. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 10. Жилет рентгенозащитный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Жилет рентгенозащитный	L	штук	10
1.2.	Жилет рентгенозащитный	XL	штук	5
1.3.	Жилет рентгенозащитный	XXL	штук	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Жилет рентгенозащитный должен быть предназначен для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента спереди не менее Pb-0,5, сзади не менее Pb-0.35мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и барьерной взвеси.

2.5. В защитном жилете должны использоваться застежки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 14. Средства для защиты гонад**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Средства для защиты гонад (мужская)	штук	3
1.2.	Средства для защиты гонад (женская)	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначен для защиты половых органов со стороны пучка рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1,0мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и барьерной взвеси.

2.5. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 12. Фартук защитный двусторонний

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный двусторонний	Большой (L)	штук	1
1.2.	Фартук защитный двусторонний	XL	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук двусторонний должен быть предназначен для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований и рентгенохирургических вмешательств.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента спереди не менее Pb-0,5мм, сзади не менее Pb-0,35мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.5. В фартуке должны использоваться застежки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 13. Фартук защитный односторонний детский

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный односторонний детский	SS	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук односторонний детский должен быть предназначен для защиты пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и барьерной взвеси.

2.5. В фартуке должны использоваться застежки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 14. Фартук защитный стоматологический

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ и/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный стоматологический	штук	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук защитный стоматологический предназначен для защиты внутренних органов и верхней части грудной клетки при проведении челюстных исследований, при его применении дополнительные меры безопасности для щитовидной железы не требуются.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. В фартуке должны использоваться застежки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 15. Пластина защитная с отверстием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Пластина защитная с отверстием	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Пластины защитные с отверстием предназначены для защиты различных частей тела пациента при проведении медицинских рентгеновских исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1мм.

2.3. Габаритные размеры: ширина не менее 60см, длина не менее 60см; отверстие должно располагаться в центре пластины, размер отверстия не менее 20 на 25см.

2.4. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.5. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №385/26

Лот 16. Воротник защитный большой детский

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Воротник защитный большой детский	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Воротник должен защищать области щитовидной железы от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей.

2.5. В воротнике должны использоваться застежки – липучки.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 17. Набор для микропедиатрии**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Набор для микропедиатрии	Комплект	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Набор для микропедиатрии должен обеспечивать максимальную безопасность младенцев во время рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. В набор для микропедиатрии должны входить:

- пленка рентгенозащитная;
- подгузник рентгенозащитный;
- воротник рентгенозащитный;
- 2 пластины рентгенозащитные.

2.4. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.5. Наружная поверхность должна быть изготовлена из винилового покрытия для более легкого удаления биологических жидкостей и бариевой взвеси.

2.6. Контроль защитной эффективности должен проводиться один раз в два года (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003г. №223 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», а также в связи с экономической целесообразностью).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.