

**Описание потребительских, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Уродинамическая система с возможностью выполнения видеоуродинамических исследований в составе:	Комплект	1
1.1	Система уродинамических исследований с встроенным программным обеспечением	штука	1
1.2	Блок управления с внешней беспроводной клавиатурой	штука	1
1.3	Монитор сенсорный медицинский высокого разрешения	штука	2
1.4	Перфузионный насос	штука	1
1.5	Беспроводной урофлоуметр	штука	1
1.6	Стул пациента	штука	1
1.7	Приборная стойка-тележка мобильная	штука	1
1.8	Штатив/держатель для датчиков давления и насоса	штука	1
1.10	Принтер	штука	1
1.11	Пулер для профилометрии уретры	штука	1
1.12	Воронка многоразовая	штука	2
1.13	Емкость измерительная для урофлоуметра	штука	2
1.14	Модуль электромиографии	штука	1
1.15	Кабель для электромиографии многоразовый	штука	1
1.16	Датчик давления одноразовый	штука	150

1.17	Линия мониторинга давления одноразовая	штука	150
1.18	Система инфузионная для помпы одноразовая	штука	150
1.19	Катетер двухпросветный для цистометрии 6- 7 Fr, одноразовый	штука	150
1.20	Катетер двухпросветный для цистометрии 8-10 Fr, одноразовый	штука	70
1.21	Катетер для цистометрии/профилометрии уретры трехпросветный 8-10 Fr, одноразовый	штука	20
1.22	Катетер ректальный 8-12 Fr, одноразовый	штука	150
1.23	Катетер для цистометрии двухпросветный воздухонаполняемый 6-8 Fr, одноразовый	штука	50
1.24	Катетер абдоминальный воздухонаполняемый 6-8Fr, одноразовый	штука	50
1.25	Электроды для миографии накожные, одноразовые	штука	1200

2. Показатели (характеристики) предмета закупки:

2.1 Блок управления с внешней клавиатурой должен иметь:

2.1.1 подключение к электрической сети 220В, 50Гц;

2.1.2 не менее 8-х каналов измерения;

2.1.3 возможность выполнения:

2.1.3.1 беспроводной урофлоуметрии;

2.1.3.2 цистоманометрии;

2.1.3.3 профилометрии уретры;

2.1.3.4 определения эластичности мочевого пузыря;

2.1.3.5 исследования давление-поток;

2.1.3.6 номограммы по Siroku;

2.1.3.7 давления в точке утечки;

2.1.3.8 ведения базы данных пациентов;

2.1.3.9 возможность использования воздухозаполняемых и водных катетеров.

2.2 Монитор сенсорный медицинский высокого разрешения должен иметь:

2.2.1 диагональ не менее 20".

2.3 Урофлоуметр беспроводной должен иметь:

2.3.1 датчик потока;

2.3.2 систему весов;

2.3.3 измерительную емкость;

2.3.4 воронку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам организатора.