

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной
закупки

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав / Размер	Количество
ЛОТ 1: Стол операционный общехирургический электромеханический	1. Стол операционный – 1 шт., длиной не менее 2050 мм. 2. Наркозный экран (экран для анестезии) – 1 шт. 3. Боковой упор – 2 шт. 4. Держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. 5. Ремень для фиксации туловища (поясной ремень) – 1 шт. 6. Рукодержатель (фиксатор руки) – 2 шт. 7. Штатив для вливаний (инфузионная стойка) – 1 шт. 8. Столик для инъекций (опора для руки) – 2 шт. 9. Ногодержатель — 2 шт. 10. Удлинительная секция (400-500 мм) с подушкой – 1 шт. 11. Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1 шт. 12. Зажим — не менее 3 шт.	1 комплект

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Параметр
2.1	Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1050 мм
2.2	Ширина стола по направляющим, не более	570 мм
2.3	Ширина панели стола, не более	550 мм
2.4	Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более	720 мм
2.5	Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее	1030 мм
2.6	Длина основания стола, не более	1070 мм
2.7	Ширина основания стола со стороны 1 головной секции, не более	450 мм
2.8	Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более	570 мм
2.9	Высота основания стола, не более	170 мм

2.10	Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее	40 мм
2.11	Боковой наклон панели, не менее	- 20°/+ 20°
2.12	Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+ 70°/- 40°
2.13	Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	30°/- 35°
2.14	Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	30°/- 90°
2.15	Максимальное выдвижение головкой секции, не менее	45 мм
2.16	Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	200 кг
2.17	Максимальная статическая нагрузка стола, не менее	250 кг
2.18	Вес стола (без комплекта съемных приспособлений) не более	250 кг
2.19	Продольное смещение	Не менее 300мм
2.20	Панель стола пятисекционная, с отдельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них	Наличие
2.21	Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой	Наличие
2.22	Панель стола должна соответствовать по значению поглощения рентгеновского излучения алюминиевому листу толщиной не более 2 мм.	Наличие
2.23	Головная и ножные секции - съемные	Наличие
2.24	Комплект приспособлений для урологии, позволяющий выполнять оперативные вмешательства и исследования в области урологии с рентгенологическим контролем и рентгеноскопии в режиме реального времени	Наличие
2.25	Дополнительная секция устанавливается в пазах центральной секции стола взамен ножных секций	Наличие
2.26	Подушка изготовлена из литого пенополиуретана с антистатическим покрытием (либо из другого материала с аналогичными свойствами)	Наличие