

Lot №1

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения и состав оборудования

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Стерилизатор воздушный	3 комплекта

2. Технические требования

*2.1	Объем стерилизационной камеры, л	250-320
2.2	Дверь стерилизационной камеры	Однадверный или двухдверный
2.3	Тип стерилизатора	Непроходной
2.4	Русифицированное меню	Наличие
2.5	Автоматически поддерживаемая температура в стерилизационной камере в диапазоне С	50-200
2.6	Установленные режимы стерилизации	180-60
2.7	Время нагрева до температуры стерилизации	Не более 50
*2.8	Информация о режимах работы и выбранной программе, отображается на цифровом дисплее	Наличие
2.9	Электропитание: - напряжение, В - частота, Гц	380±10% 50

Примечание: Символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

10m №2

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения и состав оборудования

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Стерилизатор воздушный	28 шт.
2	Подставка для стерилизатора	28 шт.

2. Технические требования

2.1*	Объем стерилизационной камеры	20(±2) дм ³
2.2	Габаритные размеры камеры (Ш*В*Г), мм.	Не менее 320*270*210
2.3.	Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм.	Не более 640*420*450
2.4	Электропитание: - напряжение, В - частота, Гц	230±10% 50±10%

Примечание: Символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.