

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 ед:

№ п/п	Наименование	Ед.из м.	Кол -во
1.1	Аппарат лазерный офтальмологический для проведения фотокоагуляции сетчатки в режиме паттерн-лечения.	Шт.	1
1.2	Адаптер лазерный к щелевой лампе для обеспечения проведения паттерн-лечения	Шт.	1
1.3	Щелевая лампа	Шт.	1
1.4	Стойка (стол) электроподъемная для установки щелевой лампы с лазером.	Шт.	1
1.5	Очки защитные для длины волны 532 нм	Шт.	1
1.6	Линза трёхзеркальная универсальная для диагностики и лазерного лечения заболеваний центра и периферии сетчатки, угла передней камеры.	Шт.	1
1.7	Линза лазерная широкопольная для панретинальной фотокоагуляции.	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1	Функция фотокоагуляции сетчатки в режимах одной точки и Паттерн-лечения с использованием длины волны 532 нм (зеленый спектр)
2.2	Диапазон настраиваемой продолжительности воздействия лазера для фотокоагуляции 532 нм не менее чем от 0.01с (10 мс) до 10 с.
2.3	Размеры пятна воздействия в паттерн-режиме (MultiSpot) в настраиваемом диапазоне не менее чем от 100 до 400 мкм (микрон)
2.4	Режимы воздействия лазера для фотокоагуляции: в режиме Паттерн-лечения (MultiSpot) - точка, квадрат, круг, тройная дуга; в меню лечения одной точки: одиночный (single), повторяемый (repeat), рисование (painting), постоянный (continuous).
2.5	Наличие позиций увеличения щелевой лампы: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х

2.6	Прицельный (наводящий) лазерный луч с длиной волны в диапазоне красного спектра (635-650 нм)
-----	--

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 ед:

№ п/п	Наименование	Ед.из м.	Кол -во
1.1	Аппарат лазерный офтальмологический для селективной лазерной трабекулопластики на платформе щелевой лампы.	Шт.	1
1.2	Стойка (стол) электроподъемная для установки лазера.	Шт.	1
1.3	Экран дистанционного управления лазером	Шт.	1
1.4	Очки защитные для длины волны 532 нм	Шт.	1
1.5	Подставка под локоть для врача	Шт.	1
1.6	Линза для селективной лазерной трабекулопластики (SLT)	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1	Функция селективная лазерная трабекулопластика (SLT) с длиной волны 532 нм;
2.2	Продолжительность воздействия импульса лазера: не более 3 нс
2.3	Мощность энергии импульса: в диапазоне не менее чем от 0,3-2,0 мДж с плавной регулировкой мощности.
2.4	Управление параметрами лазера с экрана дистанционного управления
2.5	Предустановленные фильтры щелевой лампы: лазерный защитный фильтр со степенью защиты OD5 532 нм, сине-зеленый светофильтр, фиолетово-синий светофильтр, теплопоглощающий светофильтр.
2.6	Наличие не менее 3-х позиций увеличения щелевой лампы: 10х, 16х, 25х

2.7

Прицельный луч: красный (длина волны 635 ± 5 нм).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 ед:

№ п/п	Наименование	Ед.из м.	Кол -во
1.1	Аппарат лазерный офтальмологический для YAG-лазерной фотодеструкции на платформе щелевой лампы.	Шт.	1
1.2	Стойка (стол) электроподъёмная для установки лазера.	Шт.	1
1.3	Планшетный компьютер для управления лазером	Шт.	1
1.4	Очки защитные от лазерного излучения	Шт.	1
1.5	Линза для капсулотомии	Шт.	1
1.6	Линза для иридотомии	Шт.	1
1.7	Линза для витреолизиса 18 мм	Шт.	1
1.8	Линза для витреолизиса 21 мм	Шт.	1
1.9	Линза для витреолизиса 25 мм	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1	Nd YAG-лазер с длиной волны 1064 нм для проведения задней капсулотомии, иридотомии, витреолизиса (иссечения интравитреальных мембран)
2.2	Тип освещения: коаксиальное освещение с отражательным зеркалом совмещенного освещения, обеспечивающее освещение, совпадающее с осью наблюдения, с наличием механизма автоматического отодвижения зеркала с пути лазерных выстрелов.
2.3	Управления лазером с цветного экрана планшетного компьютера с выбором типа лечения, настройкой параметров воздействия, выведение параметров на экран.
2.4	Прицельный луч: зелёный (длина волны 515 ± 5 нм).
2.5	Наличие возможности управления смещением фокуса лазерного луча для витреолизиса в заднем отрезке глаза от фокальной плоскости: вперёд в диапазоне не менее -500 мкм (переднее смещение) и назад в диапазоне не менее +2000 мкм (заднее смещение) с шагом 100 мкм.
2.6	Наличие не менее 3-х позиций увеличения щелевой лампы: 10х, 16х, 25х

2.7	Предустановленные фильтры щелевой лампы: сине-зеленый светофильтр, фиолетово-синий светофильтр, теплопоглощающий светофильтр, лазерный защитный фильтр со степенью защиты OD5 для длины волны 1064 нм.
-----	--

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.