

Приложение 1

БелМТ №289/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Большая рентгенозащитная ширма

1. Состав (спецификация) закупаемых медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Количество, ед. измерения
1.1	Ширма рентгенозащитная большая	2 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Количество, ед. измерения
2.1	Габаритные размеры ширмы, мм	Не менее 1000 (Д) x 600 (Ш) x 1840 (В)
2.2	Размеры защитного экрана, мм	Не менее 950 (Д) x 1820 (В) x 40 (Т)
2.3	Размер смотрового окна, мм	Не менее 388x388
2.4	Защитный материал ширмы	Свинцовый лист марки С1 не менее (Pb – 1,0 мм)
2.5	Смотровое окно	Стекло радиационнозащитное размерами 400 (Д) x 400 (В) мм Свинцовый эквивалент (Pb мм) $\geq 1,0$ мм
2.6	Материал облицовки ширмы	ДВП (толщиной 4,0 мм) и пластик НРЛ (толщиной 1,0 мм)
2.7	Колесные опоры	4 (четыре) колесные опоры со стоповыми фиксаторами

2.8	Свинцовый эквивалент	Свинцовый эквивалент (Pb мм) $\geq 1,0$ мм
2.9	Соответствие свинцового эквивалента рентгенозащитного материала заявленному (не менее)	$\geq 1,0$ мм
2.10	Сохранение прочности материала на протяжении срока эксплуатации	Наличие
2.11	Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими на территории Республики Беларусь санитарными правилами и нормами	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1 Гарантийный срок всего комплекта оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента введения в эксплуатацию.