

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района

г. Минска»



Н.Я.Мысливчик

20 ____ года

Техническое задание на закупку

услуг по техническому обслуживанию медицинской техники на 2026 год

1. Наименование предмета закупки: услуги по техническому обслуживанию медицинской техники в соответствии с приложением.

2. Услуга по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с технической документацией (техническое обслуживание осуществляется с учетом запасных частей, расходных материалов, сроков замены, рекомендованных производителем оборудования). В общую стоимость услуг по техническому обслуживанию включается стоимость расходных материалов и запасных частей в той части медицинской техники, в отношении которой предусмотрена их замена.

3. Условия выполнения работ (услуг):

3.1. Периодичность и порядок технического обслуживания (далее – ТО) проводится в соответствии с Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78, а также эксплуатационной документацией, согласованным графиком выполнения работ по техническому обслуживанию.

3.2. При проведении технического обслуживания медицинской техники Исполнитель обязан заполнить журнал установленной формы Заказчика, так как это является подтверждением выполненных работ.

3.3. Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика в его структурных подразделениях.

3.4. После проведения контроля технического состояния определять техническое состояние и функциональную работоспособность медицинской техники. После проведения контроля технического состояния медицинской техники осуществлять устранение выявленных повреждений и неисправностей с частичной разборкой ее неисправной части (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления и т.д.) и при необходимости замена запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности данной техники.

3.5. Сдача выполненных работ Исполнителем и приемка их Заказчиком производится по месту эксплуатации медицинского оборудования и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ,

подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

3.6. При выявлении неисправностей медицинского оборудования Исполнитель обязан выдавать письменные заключения о непригодности медицинской техники к дальнейшей эксплуатации (дефектный акт) либо заключение о нуждаемости в проведении среднего/капитального ремонта, с указанием причин неисправности, запасных частей, подлежащих замене, и их ориентировочной стоимости.

3.7. На медицинскую технику, ремонт которой не возможен, выдается технические заключения о невозможности ремонта и непригодности к эксплуатации, без взимания дополнительной оплаты.

3.8. Своевременное устранение аварийных ситуаций в соответствии с требованиями Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78.

3.9. Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия договора произвести проверку состояния медицинской техники с целью установления работоспособности либо неисправности с последующей выдачей документа о ее состоянии (диагностику).

3.10. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов соответствующей медицинской техники на территории Заказчика.

Главная медицинская сестра



А.Н.Полякова