

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
весов медицинских**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Штатив для внутривенных инфузий	500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Параметр	Требования
2.1.	Штатив и его составные части должны быть изготовлены из металла	Наличие
2.2.	Наличие следующих конструктивных элементов:	Наличие
2.2.1.	- опорное основание;	Наличие
2.2.2.	- флаконодержатели – не менее 2-х штук;	Наличие
2.2.3.	- крючки для пакетов (контейнеров) – не менее 2-х штук.	Наличие
2.3.	Наличие функции регулирования высоты штатива.	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
весов медицинских**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Штатив для внутривенных инфузий на колесах	2000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Параметр	Требования
2.1.	Штатив и его составные части должны быть изготовлены из металла	Наличие
2.2.	Наличие следующих конструктивных элементов:	Наличие
2.2.1.	- опорное основание на колесах;	Наличие
2.2.2.	- флакодержатели – не менее 2-х штук;	Наличие
2.2.3.	- крючки для пакетов (контейнеров) – не менее 2-х штук.	Наличие
2.3.	Наличие функции регулирования высоты штатива.	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

МТ №291/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
закупки
штатив для длительных внутривенных вливаний на колесах**

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Стойка инфузионная	шт.	1
1.2.	Полка для дополнительных принадлежностей	шт.	1
1.3.	Держатель флаконов	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Мобильная инфузионная стойка, предназначенная для размещения аппаратуры и флаконов с инфузионными растворами для длительных вливаний.

2.2. *Материал изготовления – нержавеющая сталь.

2.3. Возможность размещения инфузионных и шприцевых насосов.

2.4. Подвесные крюки не менее 2-х, с держателями флаконов не менее 2-х штук.

2.5. Наличие не менее 2-х колес с тормозным устройством.

2.6. 5-лучевое основание на колесах диаметром не менее 50 мм.

2.7. Наличие возможности плавной регулировки высоты.

2.8. Рабочая высота не уже 1150–2050 мм.

2.9. Фиксация штатива при помощи винтового зажима.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документом организатора.