

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная поликлиника

Заводского района г.Минска»

Н.Я.Мысливчик

« » 20 г.



**Техническое задание
Локтевые дозаторы**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Локтевые дозаторы	штук	50

2. Технические требования:

- 2.1. наличие локтевого рычага;
- 2.2. удобство эксплуатации;
- 2.3. отрегулированная доза 1,5-3,0 мл средства;
- 2.4. может использоваться для жидкого мыла, антисептика;
- 2.5. подходит для прямоугольных стандартных флаконов, рассчитан на 1 л;
- 2.6. корпус выполнен из прочного пластика, который не портится от воды, устойчив к щелочам;
- 2.7. рычаг выполнен из нержавеющей стали.
- 2.8. в носике дозатора имеются отверстия, позволяющие **распылить** при нажатии антисептик или мыло;
- 2.8. прилагаются крепежи из дюбелей и саморезов (дозатор прочно и стационарно должен крепиться к стене в месте применения
- 2.9. гарантия не менее 12 месяцев.

Разработчик технического задания

А.Н.Полякова