

Приложение №1
к заявке на закупку
Моторизованный тренажер
для двигательной
механотерапии

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Моторизованный тренажер для двигательной механотерапии

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Моторизованный тренажер для двигательной механотерапии	шт.	1
2	Манжеты на «липучке» (для захвата кистью руки)	пара	1
3	Педали детские	пара	1
4	Рукоятки	пара	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Время непрерывной работы, часы	Не менее 8
2.2	Встроенное программное обеспечение	Наличие
2.3	Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее аппарата, не менее	Время терапии, мин ; Активность левой конечности; Активность правой конечности; Количество спазмов; Тугоподвижность
2.4	Колонна аппарата для верхних конечностей имеет возможность электронного изменения высоты для регулировки под рост пациента	Наличие
2.5	Два встроенных электродвигателя для верхних и нижних конечностей	Наличие
2.6	При изменении высоты стойки для верхних конечностей операционная панель аппарата перемещается совместно с ней, для удобства просмотра информации на экране операционной панели	Наличие
2.7	Ступенчатая регулировка педалей	Наличие
2.8	Универсальные опоры, обеспечивающие стабильность ног во время тренировки, при помощи фиксаторов для ступни с фиксирующими липучками	Наличие (пара)
2.9	Диапазон числа оборотов при пассивном режиме, об/мин:	от 0 до 60
2.10	Диапазон числа оборотов при активном режиме, об/мин:	от 0 до 120
2.11	Изменение нагрузки в диапазоне:	0-25
2.12	Время тренировки, мин:	1-180
2.13	Возможность установки неограниченного времени тренировки, с переходом в режим «пауза»	Наличие
2.14	Возможность использования устройства из инвалидной коляски и стула	Наличие
2.15	Встроенные программы тренировок, не менее	12
2.16	Неврологическая реабилитация	Наличие
2.17	Функция распознавания спастики, с автоматическим изменением направления движения для снятия спастики	Наличие
2.18	Профилактика осложнений у пациентов со сниженной	Наличие

	двигательной активностью	
2.19	Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента	Наличие
2.20	Активная реабилитация верхних конечностей	Наличие
2.21	Пассивная реабилитация верхних конечностей	Наличие
2.22	Ассистивная тренировка - аппарат автоматически подстраивает скорость под возможности пациента	Наличие
2.23	Изокинетическая тренировка - аппарат автоматически подстраивает нагрузку под возможности пациента	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.