

Лом №2

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

Состав (комплектация) оборудования		Кол-во штук
1.	ВЧ электрохирургический блок	1
2.	Педаль ножная, не менее двух клавиш с кабелем не менее 2 м	1
3.	Нейтральный электрод, с площадью не менее 350 см кв.	1
4.	Держатель нейтрального электрода, не менее 2 м	1
5.	Кабель для подключения монополярных инструментов	2
6.	Стойка передвижная (тележка)	1
7.	Баллон для аргона не менее 4л	2
8.	Регулятор давления газов	1
9.	Шланг высокого давления для подключения газа	1
10.	Гибкий зонд для канала 2.8, прямой факел, длина не менее 220см	2
11.	Гибкий зонд для канала 2.8, боковой факел, длина не менее 220см	1
12.	Кабель подключения зонда	2

2. Технические требования:

№	Наименование характеристики	Параметры
1	Сенсорный экран с меню на русском языке	Наличие
2	Сохранение предустановленных программ	Наличие
3	Режим аргоноплазменной коагуляции	Наличие *
4	Монополярный и биполярный режим резания	Наличие
5	Монополярный и биполярный режим коагуляции	Наличие
6	Регулировка потока газа	Возможность
7	Система контроля наложения нейтрального электрода	Наличие
8	Гибкий зонд должен подвергаться стерилизации – метод автоклавирования	Возможность

* - данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Гарантия - не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала.