

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование организации: УЗ-21-е ЖРП Закарпатської р-ни м.Львів

(полное наименование организации)

Адрес организации: 220046 м.Львів, ул. Репанової, 13
(индекс, область, город, улица)

Дефектация прибора (изделия): Центрифуга МРВ-223с
SN 102232 163608

(наименование оборудования)

Внешний осмотр оборудования: зроб.

Проверка технических параметров: перевірка мережевого кабелю та
кнопки включення

Заключение: Потреба ремонту та заміни мережевого кабелю та
кнопки включення

Представитель Исполнителя:
УП «Оптика Сервіс Плюс»
Григорук В.А.
«26» 05 2026г



Представитель Заказчика:

«__» ____ 202 г

Зав. КАЛ Ярошенко В.В.