

Приложение 1

ЛОТ 15 Рассасывающийся хирургический шовный материал кетгут простой

1. Состав (комплектация)

1	кетгут USP 1 лигатура 150см	шт.	200
2	кетгут USP 2 лигатура 150см	шт.	2420
3	кетгут USP 2 игла 1/2 кол. 48мм дл.90см	шт.	1250
4	кетгут USP 1 игла 1/2 кол. 45мм дл.90см	шт.	7275
5	кетгут USP 0 игла 1/2 кол. 39мм дл.90см	шт.	220
6	кетгут USP 2/0 игла 1/2 кол. 26мм дл.90см	шт.	1400
7	кетгут USP 3/0 игла 1/2 кол. 20мм дл.90см	шт.	700
8	кетгут USP 3/0 игла 1/2 кол. 26мм дл.75см	шт.	1610
9	кетгут USP 4/0 игла 1/2 кол. 17,4мм дл.75см	шт.	1600
10	кетгут USP 4/0 игла 1/2 кол. 22мм дл.75см	шт.	2104
11	кетгут USP 2 игла 1/2 кол. 48мм дл.75см	шт.	1700
12	кетгут USP 1 игла 1/2 кол. 45мм дл.75см	шт.	5120
13	кетгут USP 0 игла 1/2 кол. 39,9мм дл.75см	шт.	3550
14	кетгут USP 2/0 игла 1/2 кол. 26,7мм дл.75см	шт.	1600
15	кетгут USP 3/0 игла 1/2 кол. 20мм дл.75см	шт.	1670
16	кетгут USP 2 игла 1/2 реж. 48мм дл.90см	шт.	200
17	Кетгут USP 1, EP 5, игла 1/2, кол.40мм, дл.75см	шт.	50
18	кетгут USP 2/0 игла 1/2 реж. 26,7мм дл.75см	шт.	350
19	кетгут USP 3/0 лигатура 150см	шт.	310
20			

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Характеристики нити:

2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».

2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал

2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

2.1.4. Соответствие химического состава нитей

2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы

2.2.2. высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)

- 2.2.3. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления
- 2.2.4. Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»
- 2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)
- 2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 2 мм
- 2.3. Требования к упаковке
 - 2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.
 - 2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку
 - 2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
 - 2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
 - 2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.
- 3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
 - 3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем