

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Тренажёр реабилитационный беговая дорожка с биологической обратной связью

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Стойка управления с цветным сенсорным дисплеем	штук	1
1.2.	Пандус к беговой дорожке с биологической связью	штук	1
1.3.	Датчик медицинский частоты сердечных сокращений с ремнём нагрудным	штук	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Стойка управления:	
2.1.1	Сенсорный дисплей:	наличие
2.1.2	Диагональ сенсорного дисплея, дюйм/мм., не менее	10.1 /256 +/- 1 мм.
2.1.3	Разрешение дисплея, пикселей, не менее	1280x800
2.2	Пандус к беговой дорожке с биологической связью	наличие
2.2.1	Габариты (ШхДхВ), мм.	(1000x800x80)+/-20
2.3	Датчик медицинский частоты сердечных сокращений, с ремнём нагрудным:	наличие
2.3.1	Тип батареи	CR 2025 или аналог
2.3.2	Размер датчика, мм.	(34x65x10)+/-3%
2.4	Программное обеспечение:	наличие
2.4.1	Активный режим управления движением бегового полотна	наличие
2.4.2	Режим биологической обратной связи управления движением бегового полотна	наличие
2.5	Регулировка скорости движения полотна в диапазоне не менее, км/час	от 0,1 до 10, с шагом не более 0,1
2.6	Изменение угла наклона бегового полотна дорожки, градусов	от 0 до 14 (± 1 градус)
2.7	Расстояние между поручнями не более, мм.	850 или регулируемые
2.8	Максимально допустимая масса пациента, не более, кг	150

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.