

Приложение 1

ЛОТ 16 Синтетический полифиламентный хирургический шовный материал на основе полимера полиэтилена

1. Состав (комплектация)

1	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 3/0 игла 3/8 реж. 24мм дл.90см	шт.	610
2	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 3/0 игла 1/2 кол. 26,2мм дл.90см	шт.	655
3	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 2/0 игла 3/8 реж. 26,2мм дл.90см	шт.	70
4	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 2/0 игла 1/2 кол. 26,2мм дл.75см	шт.	760
5	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 1 игла 1/2 кол. 36,6мм дл.75см	шт.	820
6	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 1 игла 1/2 реж. 36,6мм дл.90см	шт.	840
7	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 2 игла 1/2 реж. 36,6мм дл.90см	шт.	100
8	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 4 лигатура 300см	шт.	5
9	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 2 игла 1/2 колюще-реж. 48мм дл.90см	шт.	124
10	Синтетическая полифиламентная нить на основе полимера полиэтилена, USP 2 лигатура 10м в кассете	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Характеристики нити:

2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».

2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал

2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

2.1.4. Соответствие химического состава нитей

2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы

- 2.2.2.высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)
- 2.2.3.Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления
- 2.2.4.Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»
- 2.2.5.Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)
- 2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм
- 2.3.Требования к упаковке
- 2.3.1.Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.
- 2.3.2.Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку
- 2.3.3.Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 2.3.4.Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 2.3.5.Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
- 3.1.Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

ЛОТ 17 Монофиламентный хирургический шовный материал на основе нержавеющей стали (проволока хирургическая стальная из нержавеющей стали)

1.Состав (комплектация)

1	Сталь хирургическая, USP 5 игла 1/2 режущая/таперкат 55мм дл.нити 45см	шт.	160
2	Сталь хирургическая, USP 6 игла 1/2 режущая/таперкат 50мм дл.нити 45см	шт.	170
3	Сталь хирургическая, USP 0 игла 1/2 режущая/таперкат 45мм дл.нити 45см	шт.	10
4	Сталь хирургическая, USP 1 игла 1/2 режущая/таперкат 48мм дл.нити 45см	шт.	10
5	Сталь хирургическая, USP 3 игла 1/2 режущая/таперкат 50мм дл.нити 45см	Шт.	10
6	Сталь хирургическая, USP 4 игла 1/2 режущая/таперкат 48мм дл.нити 45см	Шт.	100
7	Сталь хирургическая, USP 2 игла 1/2 режущая/таперкат 40мм дл.нити 45см	Шт.	10
8	Нить "проволка" (стальная монопить нерассасывающая), USP7 metric 9, 45 см x3, HFBSK-48, дл. игл. 48 мм, дл. нити 45 см	шт.	705

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Характеристики нити:
- 2.1.1.Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».
- 2.1.2.Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал
- 2.1.3.Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
- 2.1.4.Соответствие химического состава нитей
- 2.2. Характеристики иглы:
- 2.2.1.Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы
- 2.2.2.высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)
- 2.2.3.Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления
- 2.2.4.Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»

- 2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)
- 2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм
- 2.3. Требования к упаковке
- 2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.
- 2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку
- 2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
- 3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

ЛОТ 18 Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полигликолида. Срок рассасывания 60-90 дней.

1. Состав (комплектация)

1	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 4/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 20 мм, дл. нити 75 см	шт.	305
2	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 2/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 30 мм, дл. нити 75 см	шт.	724
3	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 2/0, кр. иглы 1/2, режущая, дл. иглы 26 мм, дл. нити 75 см	шт.	160
4	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 2/0, кр. иглы 3/8, режущая, дл. иглы 30 мм, дл. нити 75 см	шт.	240
5	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 2, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 45 мм, дл. нити 75 см	шт.	2500
6	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 6/0, кр. иглы 3/8, колющая, 2 иглы, дл. иглы 13-330, дл. нити 45 см	шт.	700
7	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 5/0, кр. иглы 3/8, колющая, дл. иглы 16 мм, дл. нити 45 см	шт.	900
8	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 4/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 24 мм, дл. нити 75 см	шт.	300
9	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 0, кр. Иглы предложение 1/2, колющая, дл. иглы 60 мм, дл. нити 90 см	шт.	400
10	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 3/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 22 мм, дл. нити 70 см	шт.	460
11	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 4/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 17, дл. нити 75	шт.	1000
12	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 4/0, кр. иглы 3/8, режущая, дл. иглы 18, дл. нити 75	шт.	40
13	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 3/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 17, дл. нити 75	шт.	700
14	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 3/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 20, дл. нити 75	шт.	700
15	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 3/0, кр. иглы 3/8, режущая, дл. иглы 24, дл. нити 75	шт.	140
16	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 2/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 26, дл. нити 75	шт.	1230
17	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 2/0, кр. иглы 3/8, режущая, дл. иглы 24, дл. нити 75	шт.	610
18	Плетеная полигликолидная нить с покрытием, USP 0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 39, дл. нити 90	шт.	800

19	Плетеная полигликолидная нить с покрытием. USP 1, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 36, дл. нити 90	Шт.	800
----	---	-----	-----

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Характеристики нити:

2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».

2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал

2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

2.1.4. Соответствие химического состава нитей

2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы

2.2.2. высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)

2.2.3. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления

2.2.4. Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»

2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)

2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм

2.3. Требования к упаковке

2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.

2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку

2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

ЛОТ 19 Прокладка фетровая

1. Состав (комплектация)

1	Прокладка фетровая 12 мм x 150 мм	шт.	50
2	Прокладка фетровая 80 мм x 120 мм	шт.	50
3	Прокладки из ПТФЭ с двумя отверстиями для шва эллипсовидной формы размером 3 мм x 6 мм.	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Фетр хирургический из фторпласта, толщина не менее 1,5 мм.

2.2. Предназначен для применения в восстановительной сердечно-сосудистой хирургии в качестве материала каркасных имплантатов, а также в качестве подкладочного материала под хирургические нити.

2.3. Индивидуальная стерильная упаковка.

ЛОТ 20 Синтетическая плетеная нить из полимера полигликолевой кислоты.

1. Состав (комплектация)

1	Монофиламентная нить из полигликолиевой кислоты и капролактона, USP 5/0, кр. иглы 1/2, колющая, дл. иглы 21 мм, дл. нити 75 см (срок рассасывания нити	шт.	300
---	--	-----	-----

	не менее 180 дней)		
2	Синтетическая плетеная из полимера полигликолевой кислоты с покрытием со средним сроком рассасывания бобина EP3 нить 150см, USP2/0 (срок рассасывания нити 60-90 дней)	шт.	50
3	Синтетическая плетеная из полимера полигликолевой кислоты с покрытием со средним сроком рассасывания бобина нить 250см, USP 2/0 (срок рассасывания нити 60-90 дней)	шт.	250
4	Синтетическая плетеная из полимера полигликолевой кислоты с покрытием со средним сроком рассасывания бобина нить 250см, USP 3/0 (срок рассасывания нити 60-90 дней)	шт.	250

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Характеристики нити:

2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».

2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал

2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

2.1.4. Соответствие химического состава нитей

2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы

2.2.2. высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)

2.2.3. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления

2.2.4. Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»

2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)

2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм

2.3. Требования к упаковке

2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.

2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку

2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

ЛОТ 21 Нить Полифил полиэстер с тефлоновым покрытием.

1. Состав (комплектация)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Нить Полифил (полиэстер с тефлоновым покрытием, плетеная, не рассасывающая с тефлоновыми прокладками 3х6х1 мм,) USP 2/0 (блистер - 10 шт), кр. игл. ½, колющая, 2 иглы, дл. игл. 18 мм, дл. нити 75-90	шт	400
2	Нить Полифил (полиэстер с тефлоновым покрытием, плетеная, не рассасывающая с прокладками 3х6х1 мм,) USP 2/0 (блистер - 10 шт), кр. игл. ½, колющая, 2 иглы, дл. игл. 26 мм, дл. нити 75-90 см	шт	424

3	Нить Полифил (полиэстер с тефлоновым покрытием, плетеная, не рассасывающаяся без прокладок) USP 2/0 (блистер - 10 шт), кр. игл. ½, колющая, 2 иглы, дл. игл. 18 мм, дл. нити 75-90 см	шт	300
4	Нить Полифил (полиэстер с тефлоновым покрытием, плетеная, не рассасывающаяся без прокладок) USP 2/0 (блистер - 10 шт), кр. игл. ½, колющая, 2 иглы, дл. игл. 26 мм, дл. нити 75-90 см	шт	300
5	Нить плетеная нерассасывающаяся "Полифил" полиэстер с тефлоновым покрытием, кр. игл. ½, колющая, две иглы, дл. игл. 26 мм, дл. нити 90 см USP 2/0	шт	800

2.Технические требования:

Характеристики нити:

- 1) Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;
- 2) Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
- 3) Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
- 4) Соответствие химического состава нитей;
- 5) Нить должна обладать хорошими манипуляционными свойствами и надежной фиксацией узлов

Характеристики иглы:

- 6) Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;
- 7) Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);
- 8) Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;
- 9) Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».
- 10) Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов). Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным.
- 11) Диапазон отклонений по длине иглы не более 2%.

Требования к упаковке:

- 12) Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
- 13) Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
- 14) Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 15) Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 16) Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Товар должен быть новый, гарантия согласно с заводом изготовителем.

Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем)

Разработчики технических требований:

ЛОТ 22 Нить «Шелк Вирджинский».

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	нить «Шелк Вирджинский» из натурального фиброина волокон шелка-сырца крученая голубая нерассасывающаяся, USP 8/0 metric 0.4, кр. игл. 3/8, Режущая, 2 иглы, дл. игл. 6,4-200, дл. нити 45 см	шт	300

2.Технические требования:

Характеристики нити:

- 1) Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;
- 2) Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
- 3) Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

- 4) Соответствие химического состава нитей;
- 5) Нить должна обладать хорошими манипуляционными свойствами и надежной фиксацией узлов.

Характеристики иглы:

- 6) Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;
- 7) Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);
- 8) Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;
- 9) Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».
- 10) Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов). Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным.
- 11) Диапазон отклонений по длине иглы не более 2%.

Требования к упаковке:

- 12) Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
- 13) Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
- 14) Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 15) Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 16) Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Товар должен быть новый, гарантия согласно с заводом изготовителем.

Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем)

ЛОТ 23 Нить «Полиэстер» полиэфирная с силиконовым покрытием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	нить «Полиэстер» полиэфирная с силиконовым покрытием плетеная зеленая нерассасывающаяся USP 6/0, metric 0.7, кр. игл. 3/8, колющая, две иглы, дл. игл. 13-330, дл. нити 45 см	шт	100

2. Технические требования:

Характеристики нити:

- 1) Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;
- 2) Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
- 3) Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
- 4) Соответствие химического состава нитей;
- 5) Нить должна обладать хорошими манипуляционными свойствами и надежной фиксацией узлов.

Характеристики иглы:

- 6) Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;
- 7) Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);

- 8) Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;
- 9) Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».
- 10) Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов). Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным.
- 11) Диапазон отклонений по длине иглы не более 2%.

Требования к упаковке:

- 12) Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
- 13) Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
- 14) Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 15) Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 16) Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Товар должен быть новый, гарантия согласно с заводом изготовителем.
Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или)
стерильности, установленного изготовителем (производителем)

ЛОТ 24 Нить (тесма) синтетическая нерассасывающаяся.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Нить (тесма) синтетическая нерассасывающаяся, полиэфирная, плетеная, плоская из полиэстера, дл. нити 75 см	шт	1120

2. Технические требования:

Характеристики нити:

- 1) Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;
- 2) Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
- 3) Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
- 4) Соответствие химического состава нитей;
- 5) Нить должна обладать хорошими манипуляционными свойствами и надежной фиксацией узлов.

Требования к упаковке:


- 6) Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
- 7) Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
- 8) Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 9) Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 10) Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Товар должен быть новый, гарантия согласно с заводом изготовителем.

Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем)

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по стационарной хирургии

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a 'V' and a 'K', representing the initials of I.V. Sabalevsky.

И.В.Сабалевский

Лот 25

Синтетический нерассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал из капрона

1.Состав (комплектация)

1	Полифиламентная нить из капрона ПЛЕТЕНАЯ USP 3 лигатура 10м в кассете	шт.	1450
---	---	-----	------

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Характеристики нити:

- 2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».
- 2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал
- 2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
- 2.1.4. Соответствие химического состава нитей
- 2.2. Характеристики иглы:
 - 2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы
 - 2.2.2. высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)
 - 2.2.3. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления
 - 2.2.4. Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»
 - 2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)
 - 2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм
- 2.3. Требования к упаковке
 - 2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.
 - 2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку
 - 2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
 - 2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
 - 2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.
- 3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
 - 3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

Лот 26

Полифиламентный хирургический шовный материал шелк плетеный натуральный
для офтальмологии

I. Состав (комплектация)

1	Натуральная плетеная нить с покрытием, USP 9/0 2 иглы шпательная дл.6,0мм дл.45см	шт.	900
---	--	-----	-----

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Характеристики нити:

2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».

2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал

2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

2.1.4. Соответствие химического состава нитей

2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы

2.2.2. высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)

2.2.3. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления

2.2.4. Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»

2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)

2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм

2.3. Требования к упаковке

2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.

2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку

2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем