

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализатора ABL 800, Radiometer Medical ApS, Дания)
для ОЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТ	Состав / Размер	Кол-во
1.	Растворы и калибровочные материалы к анализатору газов крови серии ABL 800, производства Radiometer Medical ApS, Дания	1. Раствор калибровочный 1, флакон не менее 200 мл (S1820 или аналог)	270 шт.
		2. Раствор калибровочный 2, флакон не менее 200 мл (S1830 или аналог)	218 шт.
		3. Раствор промывочный, флакон не менее 600 мл (S4980 или аналог)	1 109 шт.
		4. Раствор калибровочный ctHb, упаковка не менее 4 ампулы (S7770 или аналог)	5 упак.
		5. Чистящий раствор, флакон не менее 175 мл (S8375 или аналог)	162 шт.
		6. Баллон с газом калибровочным 1 (34 бар), баллон	33 шт.
		7. Баллон с газом калибровочным 2 (34 бар), баллон	29 шт.
3.	Электроды к анализатору газов крови серии ABL 800, производства Radiometer Medical ApS, Дания	1. Электрод pH (E777 или аналог) ==	6 шт. =
		2. Электрод pCO ₂ (E788 или аналог) =	7 шт.
		3. Электрод pO ₂ (E799 или аналог) ==	6 шт. =
		4. Электрод Cl ⁻ (E744 или аналог) ==	3 шт.
		5. Электрод Ca ²⁺ (E733 или аналог) =	2 шт.
		6. Электрод Na ⁺ (E755 или аналог) ==	3 шт.
		7. Электрод референсный (E1001 или аналог) =	4 шт.
		8. Электрод глюкоза (E7066 или аналог) =	3 шт.
		9. Электрод лактат (E7077 или аналог) =	4 шт.
4.	Мембраны к анализатору газов крови серии ABL 800, производства Radiometer Medical ApS, Дания	1. Мембраны референсные, упаковка не менее 4 шт. =	28 упак.
		2. Мембраны K ⁺ , упаковка не менее 4 шт. (D722 или аналог) ==	21 упак.
		3. Мембраны Ca ²⁺ , упаковка не менее 4 шт. (D733 или аналог) =	24 упак.
		4. Мембраны Cl ⁻ , упаковка не менее 4 шт. (D744 или аналог) =	21 упак.
		5. Мембраны Na ⁺ , упаковка не менее 4 шт. (D755 или аналог) =	22 упак.
		6. Мембраны глюкоза, упаковка не менее 4 шт. (D7066 или аналог) =	38 упак.
		7. Мембраны лактат, упаковка не менее 4 шт. (D7077 или аналог) ==	34 упак.
		8. Мембраны pO ₂ , упаковка не менее 4 шт. (D799 или аналог) =	32 упак.
		9. Мембраны pCO ₂ , упаковка не менее 4 шт. (D788 или аналог) =	31 упак.

5	Расходные материалы к анализатору газов кро- ви серии ABL 800, про- изводства Radiometer Medical ApS, Дания	Калибры: стекло или пластик 70-100	34250 шт.
6	Раствор гипохлорита	флакон не менее 100 мл (S5362 или аналог)	34шт

2. Технические требования:

2.1. ЛОТы №1-6. Растворы, калибровочные, контрольные и расходные материалы, электроды, мембраны должны быть предназначены для применения на анализаторе газов крови серии ABL 800, производства Radiometer Medical ApS, Дания, что должно подтверждаться документально.

2.2. ЛОТы 1-6. Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта и др. документы от производителя) должны быть представлены на русском языке.