

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1: Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов пальцев
кисти

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Исполнительный механизм разработки кисти, включая большой палец	шт	1
2	Ручной пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента	шт.	1
3	Блок питания от сети 220 В	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Объем движения: Разгибание/Сгибание ТФС (трансфалангеальный сустав)	0° - 90°
2.2	Объем движения: Разгибание/Сгибание БИС (ближайший интерфалангеальный сустав)	0° - 110°
2.3	Объем движения: Разгибание/Сгибание ДИС (дальний интерфалангеальный сустав)	0° - 70°
2.4	Подходит как для левой, так и для правой руки	Наличие
2.5	Программирование скорости	Наличие
2.6	Программирование паузы разгибания/сгибания	Наличие
2.7	Настройка реверса на нагрузку при разгибании/сгибании	От 1 до 5
2.8	Отключение реверса на нагрузку	Наличие
2.9	Разработка каждого пальца отдельно	Наличие
2.10	Разработка большого пальца	Наличие
2.11	Одновременная разработка пальцев (исключая большой)	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.