

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Спирометр

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Спирометр	1
1.2	Принтер	1
1.3	Многоразовый пластиковый мундштук	10
1.4	Носовой зажим	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Экран	Цветной, TFT
2.2	Размеры экрана, не менее	3.2"
2.3	Клавиатура	на экране
2.4	Вдох / Выдох	есть / есть
2.5	Спирометрия Тест ЖЕЛ	ЖЕЛ, ДО, МОД, РО _{выд} , РО _{вд} , ЧД, IC, ЖЕЛ _{выд} , ЖЕЛ _{вд} критерии качества: N _{спиро} , ΔЖЕЛ, V _{окончСп}
2.6	Спирометрия Тест ФЖЕЛ	ФЖЕЛ, ОФВ ₁ , %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОС _{выд} , МОС ₂₅ , МОС ₅₀ , МОС ₇₅ , СОС ₂₅₇₅ , ОФВ _{0.5} , ОФВ _{0.75} , ОФВ ₃ , ОФВ _{0.75} /ЖЕЛ, ОФВ _{0.75} /ФЖЕЛ, ОФВ ₃ /ЖЕЛ, ОФВ ₃ /ФЖЕЛ, FIVC, FIV ₁ , FIV ₁ /FIVC, ПОС _{вд} , MIF ₂₅ , MIF ₅₀ , MIF ₇₅ , MET, FET, MTT, TREF, TREF/FET, СОС _{0.2-1.2} , СОС ₇₅₈₅ , ОФВ _{пос} , S _{фжел} , МОС ₅₀ /ФЖЕЛ, МОС ₅₀ /ЖЕЛ, T _{μ0} , T _{μ1} , T _{μ2} критерии качества: N _{пневмо} , ΔФЖЕЛ, ΔОФВ ₁ , V _{экстр} , V _{окончПн}
2.7	Бронходилатационная проба	есть
2.8	Функциональная проба	есть
2.9	Спирометрия Тест МВЛ	МВЛ, ДО _м , ЧД _м , ПСДВ
2.10	Диапазон потока (л/с)	-18 л/с – +18 л/с
2.11	Диапазон показаний объема (л)	0,2 – 8 л
2.12	Точность измерения	±3%
2.13	Виды печатных протоколов	Спирометрия: базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.) Протоколы проб: - бронходилатационная проба - функциональная проба

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.