

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
разработки плечевого сустава

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот №1. Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии
разработки плечевого сустава

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Исполнительный механизм разработки плечевого сустава	шт	1
2	Кресло аппарата мобильное	шт.	1
3	Ручной программируемый пульт управления	шт.	1
4	Подлокотник	шт.	1
5	Ограничитель плеча	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Максимальный рост пациента, см	200
2.2	Минимальный рост пациента, см	110
2.3	Два мотора (Мотор А выполняет приведение и отведение, Мотор Б выполняет внешнюю и внутреннюю ротацию)	Наличие
2.4	Для обеспечения изолированного движения, моторы можно включить и отключить независимо	Наличие
2.5	Отведение/Приведение	175-0-30 градусов
2.6	Ротация внутрь/наружу	90-0-90 градусов
2.7	Элевация (со сгибанием локтя в пределах 60-90 градусов)	175-0-30 градусов
2.8	Горизонтальное приведение/отведение	0-0-120 градусов
2.9	Настройка высоты (от сидения)	Наличие
2.10	Настройка длины для плеча	Наличие
2.11	Настройка длины для предплечья	Наличие
2.12	Смена конфигурации для работы на другой стороне	Наличие
2.13	Настройка таймера (времени) терапии	Наличие
2.14	Программирование скорости терапии	Наличие
2.15	Отображение времени терапии, общей суммы сессий терапии	Наличие
2.16	Изменение угла наклона спинки кресла	Наличие
2.17	Изменение наклона блока предплечья	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸