

Приложение №1
к заявке на закупку
кушетки кардиографической
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Кушетка кардиографическая

1. Состав медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Кушетка кардиографическая	Шт.	2

2. Технические требования:

№п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1	Материал каркаса	дерево
2.2	Лежак	Поролон (либо аналог), обтянутый винилискожей, влагоотталкивающей и устойчивой к действию дезинфицирующих и моющих растворов
2.3	Максимальная нагрузка, не более	150 кг.
2.4	Угол подъема подушки	От 8 до 25°±3%
2.5	Ход подвижных опор (электродов), не менее	380 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.