

Приложение №1
к заявке на закупку
Стерилизатор воздушный

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Стерилизатор воздушный

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Стерилизатор воздушный	шт.	1
1.2	Кассета (лоток), не менее	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Рабочий объем стерилизационной камеры, дм ³	Не менее 80
2.2	Режимы работы: 1) Стерилизация 1 - $(180 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (60 ± 5) мин.; 2) Стерилизация 2 - $(160 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (150 ± 5) мин.; 3) Дезинфекция – $(120 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (45 ± 5) мин.; 4) Сушка – $(85 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (30 ± 5) мин.; 5) Режим свободного программирования	Наличие
2.3	Принудительная конвекция	Наличие
2.4	Принудительное охлаждение	Наличие
2.5	Сигнализация аварийного режима	Наличие
2.6	Габаритные размеры (Ш/В/Г), мм	$(700-860) \times (600-700) \times (560-620)$
2.7	Параметры сети (напряжение; частота)	(230 ± 23) В; (50 ± 1) Гц
2.8	Потребляемая мощность, не более	2,5 кВт

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.