

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Стерилизатор воздушный

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Стерилизатор воздушный	шт.	1
1.2	Загрузочные полки, не менее	шт.	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Технические требования	Параметры
2.1	Материал стерилизационной камеры и загрузочных полок	нержавеющая сталь
2.2	Рабочий объем стерилизационной камеры, дм ³ , не менее	320
2.3	Режимы работы: 1) Стерилизация 1 - $(180 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (60 ± 5) мин.; 2) Стерилизация 2 - $(160 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (150 ± 5) мин.; 3) Дезинфекция – $(120 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, (45 ± 5) мин.; 4) Сушка – $(85 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ в течение любого отрезка времени; 5) Режим свободного программирования	Наличие
2.4	Система принудительного охлаждения	наличие
2.5	Автоматическая регулировка и поддержание температуры	наличие
2.6	Цифровой дисплей	наличие
2.7	Устройство защиты при перегреве	наличие
2.8	Индикация процесса стерилизации	наличие
2.9	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	$(1616 \times 689 \times 836) \pm 15$
2.10	Параметры сети (напряжение; частота)	(220 ± 22) В; (50 ± 1) Гц
2.11	Потребляемая мощность, не более	5,4 кВт

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.