

Лот № 2 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
51.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	10.0мм x 30.0-36.0см	0	0	10	10	10	30
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D. 2. Мягкость спирали –мягкая, стандартная. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								

51.2	Система отделения спиралей	0	0	1	3	1	5
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей							
		0	0	11	13	11	35

Лот № 3 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
52.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	3.5мм x 5.0-6.0см	0	0	15	15	15	45
52.2	-«-	3.5мм x 8.0-12.0см	0	0	20	15	15	50
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D. 2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая, стандартная. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
52.3	Система отделения спиралей		0	0	1	3	1	5
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей.								
			0	0	36	33	31	100

Лот № 4 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
53.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	5.0мм x 9.0-10.0см	0	0	20	15	15	50
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
53.2	Система отделения спиралей		0	0	1	3	1	5

Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	21	18	16	55

Лот № 5 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
54.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	6.0мм x 20.0-26.0см	0	0	15	15	15	45
54.2	-«-	7.0мм x 20.0-24.0см	0	0	15	15	15	45
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
54.3	Система отделения спиралей		0	0	5	3	5	13
Технические требования 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	35	33	35	103

Лот № 6 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
55.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	9.0мм x 25.0-33.0см	0	0	10	10	10	30
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
55.2	Система отделения спиралей		0	0	1	3	3	7

Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	11	13	13	37

Лот № 7 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
56.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	12.0мм x 30.0-35.0см	0	0	10	10	10	30
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
56.2	Система отделения спиралей		0	0	1	3	1	5
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	11	13	11	35

Лот № 8 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
57.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	6.0мм x 16.0-20.0см	0	0	15	10	10	35
57.2	-«-	7.0мм x 15.0-25.0см	0	0	15	10	10	35
57.3	-«-	8.0мм x 27.0-33.0см	0	0	15	10	10	35
57.4	-«-	9.0мм x 27.0-33.0см	0	0	10	10	10	30
57.5	-«-	10.0мм x 30.0-36.0см	0	0	10	10	10	30
57.6	-«-	12.0мм x 40.0-45.0см	0	0	10	10	10	30
57.7	-«-	14.0мм x 40.0-53.0см	0	0	10	10	10	30

Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали до 0.018". Форма спирали – сферическая/3D либо с формируемым каркасом 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.							
57.8	Система отделения спиралей	0	0	10	5	10	25
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей							
		0	0	95	75	80	250

Лот №9 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
58.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	11.0мм x 39.0-41.0см	0	0	10	10	10	30
58.2	-«-	13.0мм x 43.0-47.0см	0	0	10	10	10	30
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.018". Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
58.3	Система отделения спиралей		0	0	10	5	10	25
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	30	25	30	85

Лот № 10 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
59.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	16.0мм x 50.0-60.0см	0	0	5	5	5	15
59.2	-«-	18.0мм x 50.0-65.0см	0	0	5	5	5	15
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.0145" - 0.018". Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
59.3	Система отделения спиралей		0	0	1	1	1	3
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	11	11	11	33

Лот №11 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
60.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм	1.5мм x 2.0-2.5см	0	0	5	5	5	15
60.2	-«-	1.5мм x 3.0-3.5см	0	0	5	5	5	15
60.3	-«-	1.5мм x 4.0-4.5см	0	0	5	5	5	15
60.4	-«-	2.0мм x 4.0-4.5см	0	0	5	5	5	15
60.5	-«-	2.0мм x 6.0-6.5см	0	0	5	5	5	15
60.6	-«-	3.0мм x 4.0-4.5см	0	0	10	5	5	20
60.7	-«-	3.0мм x 6.0-6.5см	0	0	15	10	10	35
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125 дюймов. Форма спирали – спиральная (Helical). 2. Мягкость спирали – сверхмягкая. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
60.8	Система отделения спиралей		0	0	10	10	10	30

Технические требования:

1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей
2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

0	0	60	50	50	160
---	---	----	----	----	-----

Лот № 12 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
61.1	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0 мм x 2.0-2.5 см	0	0	5	5	5	15
61.2	-«-	2.5 мм x 4.0-4.5 см	0	0	5	5	5	15
61.3	-«-	3.0 мм x 5.5-6.0 см	0	0	5	5	5	15
61.4	-«-	4.0 мм x 5.0-5.5 см	0	0	5	5	5	15
61.5	-«-	4.0 мм x 8.0-8.5 см	0	0	5	5	5	15
61.6	-«-	5.0 мм x 9.5-10.0 см	0	0	5	5	5	15
61.7	-«-	5.0 мм x 14.0-15.0 см	0	0	5	5	5	15
61.8	-«-	6.0 мм x 19.0-20.0 см	0	0	5	5	5	15

Технические требования:

1. Наружный диаметр спирали: 0.010"-0.0145" - с диаметром витка до 7,0мм; 0.018" - с диаметром витка 7,0мм и более. Форма спирали – сферическая/комплексная/3D
2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая - с диаметром витка до 7,0мм; мягкая, стандартная - с диаметром витка 7,0мм и более.
3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.

61.9	Система отделения спиралей	0	0	5	5	5	15
------	----------------------------	---	---	---	---	---	----

Технические требования

1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей
2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

0	0	45	45	45	135
---	---	----	----	----	-----

Лот №13 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
---	--------------	--------	-------	-------	-------	------	------	-------

62.1.	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	7.0 мм x 22.0-23.0 см	0	0	5	5	5	15
62.2.	-«-	8.0 мм x 26.0-27.0 см	0	0	5	5	5	15
62.3.	-«-	9.0 мм x 30.0-31.0 см	0	0	5	5	5	15
62.4.	-«-	10.0 мм x 35.0-36.0 см	0	0	5	5	5	15
62.5.	-«-	11.0 мм x 39.0-40.0 см	0	0	5	5	5	15
62.6.	-«-	12.0 мм x 43.0-44.0 см	0	0	5	5	5	15
62.7.	-«-	13.0 мм x 46.0-47.0 см	0	0	5	5	5	15
62.8.	-«-	14.0 мм x 44.0-45.0 см	0	0	5	5	5	15
62.9.	-«-	16.0 мм x 44.0-45.0 см	0	0	5	5	5	15
62.10.	-«-	18.0 мм x 49.0-50.0 см	0	0	5	5	5	15
62.11.	-«-	20.0 мм x 47.0-48.0 см	0	0	5	5	5	15
Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали: 0.010"-0.0145" - с диаметром витка до 7,0мм; 0.018" - с диаметром витка 7,0мм и более. Форма спирали – сферическая/комплексная/3D 2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая - с диаметром витка до 7,0мм; мягкая, стандартная - с диаметром витка 7,0мм и более. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.								
63.12	Система отделения спиралей		0	0	5	5	5	15
Технические требования: 1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей								
			0	0	60	60	60	180

Лот № 14 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
63.1.	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.0-1.5мм x 2.0-2.5см	0	0	5	5	5	15
63.2.	-«-	1.0-1.5мм x 3.0-3.5см	0	0	5	5	5	15
63.3.	-«-	1.5-2.0мм x 2.0-2.5см	0	0	5	5	5	15
63.4.	-«-	1.5-2.0мм x 2.5-3.0см	0	0	5	5	5	15

63.5.	-«-	1.5-2.0мм x 3.5-4.0см	0	0	5	5	5	15
63.6.	-«-	2.0-2.5мм x 2.0-2.5см	0	0	5	5	5	15
63.7.	-«-	2.0-2.5мм x 3.0-3.5см	0	0	5	5	5	15
63.8.	-«-	2.0-2.5мм x 4.0-4.5см	0	0	5	5	5	15
63.9.	-«-	2.0-2.5мм x 6.0-6.5см	0	0	5	5	5	15
63.10.	-«-	2.0-2.5мм x 8.0-8.5см	0	0	5	5	5	15
63.11.	-«-	2.5-3.0мм x 4.0-4.5см	0	0	5	5	5	15
63.12.	-«-	2.5-3.0мм x 6.0-6.5см	0	0	5	5	5	15
63.13.	-«-	2.5-3.0мм x 8.0-8.5см	0	0	5	5	5	15
63.14.	-«-	3.0-3.5мм x 4.0-4.5см	0	0	5	5	5	15
63.15.	-«-	3.0-3.5мм x 6.0-6.5см	0	0	5	5	5	15
63.16.	-«-	3.0-3.5мм x 8.0-8.5см	0	0	5	5	5	15
63.17.	-«-	3.0-3.5мм x 10.0-10.5см	0	0	5	5	5	15

Технические требования:

1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – сферическая/3D

2. Мягкость спирали – сверхмягкая

3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.

63.18	Система отделения спиралей	0	0	10	10	10	30
-------	----------------------------	---	---	----	----	----	----

Технические требования:

1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

		0	0	95	95	95	285
--	--	---	---	----	----	----	-----

Лот № 15 Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
64.1.	Спираль, отделяемая, с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0мм x 6.0-8.0см	0	0	10	10	10	30
64.2.	-«-	3.0-6.0мм x 10.0-12.0см	0	0	10	10	10	30
64.3.	-«-	3.0-6.0мм x 14.0-16.0см	0	0	10	10	10	30
64.4.	-«-	6.0-10.0мм x 18.0-20.0см	0	0	10	10	10	30

64.5.	-«-	6.0-10.0мм x 28.0-30.0см	0	0	10	10	10	30
64.6.	-«-	10.0-15.0мм x 28.0-30.0см	0	0	5	5	5	15
64.7.	-«-	10.0-15.0мм x 35.0-40.0см	0	0	5	5	5	15
64.8.	-«-	15.0-20.0мм x 35.0-40.0см	0	0	5	5	5	15
64.9.	-«-	15.0-20.0мм x 50.0-60.0см	0	0	5	5	5	15

Технические требования:

1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.018". Форма спирали – изменяемая, согласно модели

2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая

3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.

64.10	Система отделения спиралей	0	0	10	10	10	30
-------	----------------------------	---	---	----	----	----	----

Технические требования:

1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей

2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

		0	0	80	80	80	240
--	--	---	---	----	----	----	-----

Лот №16 Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
65.1	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	0	0	150	150	150	450
			0	0	150	150	150	450

Технические требования:

1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,1/1.6F

2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.0165 дюймов

3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 155 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,5 см

4. Два рентген-контрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга

Лот №17 Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
66.1	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	0	0	300	300	300	900
66.2	-«-	Angled 45°	0	0	50	50	50	150
66.3	-«-	Angled 90°	0	0	50	50	50	150
			0	0	400	400	400	1200
Технические требования: 1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,4/1.7F 2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017” 3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,5 см 4. Два рентген-контрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга.								

Лот №18 Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
67.1	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм	«J»	0	0	10	10	10	30
			0	0	10	10	10	30
Технические требования: 1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный/дистальный – не более 2.4/1.7F. 2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017”. 3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2.5см 4. Два рентген-контрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга.								

Лот №19 Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм.								
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
68.1	Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм	Прямой	0	0	50	50	50	150
			0	0	50	50	50	150
Технические требования: 1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2.8/2.3F 2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.021”. 3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 6см. 4. Два рентген-контрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга.								

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам.