

БелМТ №360/26

лот 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Устройство для размораживания плазмы.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Размораживатель плазмы однокамерный	1 шт.

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.	Размораживатель плазмы однокамерный	Наличие
2.1.	Бесконтактный метод размораживания («сухой» метод)	Наличие
2.2.	В качестве теплоносителя должна использоваться вода (дистиллированная или деминерализованная), заполняющая специальный пластиковый пакет	Наличие
2.3.	Панель управления для однокамерного отсека размораживателя	Наличие
2.4.	Дисплей с отображением температуры и времени процесса	Наличие
2.5.	Процесс размораживания должен происходить в закрытой камере.	Наличие
2.6.	Прозрачная крышка в отсеке, для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева	Наличие
2.7.	Функция бережного перемены плазмы	Наличие
2.8.	Не менее двух режимов работы (стандартное, ускоренного)	Наличие
2.9.	Светозвуковая сигнализация начала окончания процедуры размораживания, аварийных событий	Наличие
2.10.	Размораживания мешков с плазмой от 250мл до 1000мл	Наличие
2.11.	Время выхода температуры на рабочую до 37 °С	не более 25 минут

2.12.	Датчик температуры	Наличие
2.13.	Датчик протечки	Наличие
2.14.	Входное напряжение	220В $\pm 10\%$ с частотой 50Гц
2.15.	Потребляемая мощность	не более 1,5кВт

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок оборудования не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

БелМТ №360/26

лот 2

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Устройство для размораживания плазмы.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Размораживатель плазмы двухкамерный	1 шт.

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.	Размораживатель плазмы двухкамерный	
2.1.	Бесконтактный метод размораживания («сухой» метод)	Наличие
2.2.	В качестве теплоносителя должна использоваться вода (дистиллированная или деминерализованная), заполняющая специальный пластиковый пакет	Наличие
2.3.	Независимая панель управления для каждого отсека размораживателя	Наличие
2.4.	Дисплей с отображением температуры и времени процесса	Наличие
2.5.	Процесс размораживания должен происходить в закрытой камере.	Наличие
2.6.	Прозрачная крышка в отсеке, для визуального контроля за процессом размораживания и подогрева	Наличие
2.7.	Функция бережного перемешивания плазмы	Наличие
2.8.	Не менее двух режимов работы (стандартное, ускоренного)	Наличие
2.9.	Светозвуковая сигнализация начала/окончания процедуры размораживания, аварийных событий	Наличие
2.10.	Размораживание мешков с плазмой от 250мл до 1000мл	Наличие
2.11.	Время выхода температуры на рабочую до 37°C	не более 25 минут

2.12.	Датчик температуры	Наличие
2.13.	Датчик протечки	Наличие
2.14.	Входное напряжение	220В ±10% с частотой 50Гц
2.15.	Потребляемая мощность	не более 1.5кВт

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок оборудования не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.