


ОТЧЕТ				
Дата:	05.05.2026			
Контракт / Договор	142С/26 от 24/04/2026			
Учреждение	УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"			
Оборудование	Injektor Mississippi			
Серийный номер	M1.496531			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Техническое обслуживание с периодическим контролем согласно договору. В ходе обслуживания выявлено повреждение контактной площадки для батареи питания. Ремонт контактной площадки невозможен. Требуется замена контактной площадки на новую.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				Кол-во
№ п/п	Описание детали			
1	Контактная площадка для батареи питания (Contact plug for battery, male)			1 шт.
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Кнак Д.А., инженер 1-й категории	ФИО, должность	Ихменев М.Р.Т. Кнак Д.А.	
ПОДПИСЬ		ПОДПИСЬ		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.