ТРАДИНТЕК СЕРВИС

ОТЧЕТ

Дата:	*30.04.2026*
Контракт / Договор	*145С/26 от 24.04.26*
Учреждение	*Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», пр.Независимости, 64, г.Минск, 220013*
Оборудование	*Аппарат рентгеновский маммографический цифровой «Senographe Essential», GE Healthcare*
Серийный номер	*650847BU7*
Состояние оборудования перед началом работ:	
☐ **Неисправное**	
☒ **Работоспособное**	

Выполненная работа

Периодическое техническое обслуживание (полугодовое)
Диагностика выявила неисправность DCD-rom рабочей станции консоли оператора. Ремонту не подлежит, требуется замена.

Установленные запчасти		**Исполнителя**	**Заказчика**	**Кол-во**
№ п/п	**Описание детали**	☐	☐	-
-	-			

Необходимые запчасти		**Кол-во**
№ п/п	**Описание детали**	*1*
1	*DVD привод встроенный 3,5 дюйма SATA*	

Состояние оборудования после окончания работ:	***Комментарии:***
☐ **Неисправное**	
☒ **Работоспособное**	

Работа выполнена		**Работа принята**	
ФИО, ДОЛЖНОСТЬ	*Фролов А.Ю., инженер 1-й категории*	**ФИО, ДОЛЖНОСТЬ**	Кочедамова Е.О. Инженер КТ
ПОДПИСЬ		**ПОДПИСЬ**	

** Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здр охранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):*

– неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы о ному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым ак там (далее – ТНПА);

– работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризую способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации пр водителя и ТНПА.

Иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг «Традинтек сервис»
220004, Минск, ул. Кальварийская, 1, пом. 518 В, 518 Г, 518 Д.
Тел. + 375 17 200 03 09. Факс. +375 17 200 03 11
E-mail: admin@tradintekservice.com