

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Контуры дыхательные для УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 2»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав	Количество, штук
ЛОТ №1 Контур дыхательный без влагосборника для взрослых	1. Трубка гофрированная 1,8 м – 2 шт. 2. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 2 шт. 3. Прямой адаптер – 7 шт. 4. Y-адаптер с портами – 1 шт. 5. Угловой адаптер с портом для CO₂ – 1 шт. 6. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт. 7. Мешок дыхательный 2 л – 1 шт. 8. Фильтр дыхательный бактериальный – 1 шт. 9. Маска дыхательная №4 или 5 – 1 шт.	3000
ЛОТ №2 Контур дыхательный с двумя влагосборниками	1. Трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 5 шт. 2. Прямой адаптер – 5 шт. 3. Y-адаптер с портами – 1 шт. 4. Влагосборник - 2 шт. 5. Шарнирный угловой адаптер – 1 шт. 6. Мешок 2 л – 1 шт. 7. Фильтр дыхательный бактериальный без- 3 шт. 8. Увлажнитель - 1 шт. 9. Маска №4 или 5 - 1 шт.	60
ЛОТ №3 Контур дыхательный одноразовый для аппарата SLE 5000	1. трубки, соединяющиеся в дыхательный контур с температурным портом – 4 шт; 2. Y-образный соединитель с портом; 3. влагосборник - 1 шт.; 4. провод нагрева – 1 шт; 5. линия мониторинга – 1 шт.; 6. ограничитель потока – 1 шт.; 7. самозаполняющаяся камера увлажнителя – 1 шт.; 8. дополнительный шланг – 1 шт.	60

** в состав контура могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура*

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ № 1,2	
1.	Гофрированный
2.	Конфигурируемый
3.	Длина контура – не менее 1,8 м, диаметр трубки 22 мм (22М).
4.	Нетоксичный.
5.	Однократного применения.
6.	Стерильный.
ЛОТ № 3	
1.	Трубки диаметром 10 мм соединяющиеся в дыхательный контур длиной не более 1,6 мм
2.	Дополнительный шланг длиной не более 0,8 м, диаметром 10 мм
3.	Однократного применения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.