

**Технические характеристики
Аппарата магнестимуляции (аппарата магнитотерапии)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1.1	аппарат магнитотерапии в составе:	шт.	1
1.1.1	блок питания (управления)	шт.	1
1.1.2	терапевтическое кресло (кресло-аппликатор)	шт.	1
1.1.3	пульт управления креслом	шт.	1
1.1.4	кабель силовой (кабель аппликатора)	шт.	1
1.1.5	кабель питания	шт.	1

2. Технические требования:

- 2.1. Аппарат предназначен для лечения заболеваний органов малого таза, магнитной стимуляции мышц таза.
- 2.2. Параметры электросети в пределах 220-240В, 50-60 Гц.
- 2.3. Максимальная индукция магнитного поля (интенсивность) на рабочей поверхности индуктора в пределах 2-3 Тл.
- 2.4. Частота импульсов магнитного поля в пределах 1-150Гц
- 2.5. Возможность регулировки величины индукции магнитного поля.
- 2.6. Возможность регулировать частоту следования импульсов, длительность пакетов импульсов, длительность пауз между пакетами импульсов.
- 2.7. Возможность регулировки продолжительности одной процедуры.
- 2.8. Наличие программ лечения заболеваний
- 2.9. Отражение на дисплее параметров текущей процедуры во время ее проведения.
- 2.10. Возможность регулировки высоты сидения кресла

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора