

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

Лот № 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Стерилизатор паровой	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Тип стерилизатора - однодверный (непроходной)
2.2.	Загрузка материала – горизонтальная
2.3.	Размеры стерилизационной камеры, Г×Ш×В, мм не менее 980±10×600±10×600±10
*2.4.	Полезный объем 330л ± 10л
2.5.	Материал стерилизационной камеры: Нержавеющая сталь 022Cr17Ni12Mo2 (эквивалент AISI 316L)
2.6.	Электропитание, трёхфазное, Вольт – 380±35%
*2.7.	Потребляемая мощность - не более 30 кВА
2.8.	Диапазон возможной температуры стерилизации, °C +100....+134
2.9.	Диапазон установки времени стерилизации (стерилизационной выдержки), минут 0-999
*2.10.	Электрический привод двери. Автоматический механизм запираения двери
2.11.	Визуальный контроль давления в камере и рубашке при помощи манометров на передней панели.
2.12.	Визуальный контроль уровня воды в парогенераторе на передней панели
2.13.	Уплотнение прокладки двери сжатым воздухом
2.14.	Встроенная система автоматической установки и удаления уплотнителя двери
2.15.	Автоматическое управление
2.16.	Встроенные программы стерилизации: Стерилизация текстиля Стерилизации инструментов Стерилизация резиновых изделий Программа со свободными параметрами Тестовые программы (Вакуум тест, Бови-Дик тест)
2.17.	Встроенный принтер

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.