

Лот №1

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Паровой стерилизатор	шт	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Основной блок	шт	1
1.2	Каркас с полками	шт	1
1.3	Ситообразные поддоны (полки) для размещения стерилизуемого инструментария	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. объем камеры: не менее 100 литров и не более 150 литров;
- 2.2. стерилизатор непроходного типа с вертикальным расположением двери;
- 2.3. наличие возможности подключения к холодной воде, канализации;
- 2.4. наличие контроля параметров стерилизации (температуры и давления);
- 2.5. программы стерилизации:
 - 2.5.1. предустановленные – наличие не менее 5-ти стандартных автоматизированных программ стерилизации, в т.ч. с короткими циклами стерилизации (не более 7 минут);
 - 2.5.2. пользовательские – установка температуры (не менее 120°C и не более 140°C); установка времени программы для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (не более 60 минут).
- 2.6. наличие звуковой сигнализации сбоя или ошибки, аварийной предохранительной системы, системы аварийного сброса пара;
- 2.7. наличие дисплея для отображения информации и управления работой стерилизатора;
- 2.8. наличие микропроцессорного управления;
- 2.9. наличие электронного табло для отображения параметров процесса стерилизации, сообщения об ошибках;
- 2.10. наличие системы блокировки дверей при нахождении камеры под давлением, автоматическое открывание дверей;
- 2.11. наличие сервисной программы;
- 2.12. наличие антибактериального фильтра для подаваемого в камеру воздуха;
- 2.13. наличие распечатки каждого цикла стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев.

Лот №2

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Шкаф сухо-тепловой	штука	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1.	Шкаф сухо-тепловой	шт.	1
1.2.	Подставка (встроенные ножки)	шт.	1 – подставка 4 – ножки
1.3.	Полки (кассеты), не менее	шт.	5
1.4.	Встроенный вентилятор	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. объем камеры, не менее – 80 литров;
- 2.2. питание - от сети переменного тока с номинальным напряжением 220-230 В,
частотой тока 50 (±1) Гц – наличие;
- 2.3. потребляемая мощность, не более – 2,5 кВт;
- 2.4. предельная температура нагрева, не более - +200° С;
- 2.5. режимы работы:
 - 2.5.1. стерилизация – не более 160°С при не более 150 мин;
 - 2.5.2. стерилизация – не более 180°С при не более 60 мин;
 - 2.5.3. дезинфекция – не более 120 °С при не более 45 мин;
 - 2.5.4. сушка – не более 85°С при не более 30 мин.
- 2.6. время нагрева от 35° С до 180° С, не более – для загруженной камеры 55 мин –
наличие;
- 2.7. время охлаждения до +70° С, не более – 55 мин – наличие;
- 2.8. вентиляция – подключаемая принудительная – при наличии;
- 2.9. возможность ручного набора параметров (программирования) - не менее 4-х
режимов - при наличии;
- 2.10. цифровая индикация заданных температур – при наличии.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности,
стерильности):**

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и
должен быть не менее 24 месяцев.

ЛОТ №3

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Шкаф сушильно-стерилизационный (или шкаф сушильный)	штука	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Полка, не менее	шт	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. объем рабочей камеры не менее 80 литров и не более 160 литров;
- 2.2. диапазон рабочих температур от 50 °С до 200 °С, с отклонением температуры по объему камеры, не более ± 3 °С;
- 2.3. рабочая камера должна быть выполнена из нержавеющей стали;
- 2.4. шкаф должен быть оснащен устройством защиты от перегрева;
- 2.5. шкаф должен иметь следующие рабочие режимы:
 - 2.5.1. сушка - не менее 85 °С, 30 мин ± 5 мин;
 - 2.5.2. дезинфекция – не менее 120 °С, 45 мин ± 5 мин;
 - 2.5.3. стерилизация – не менее 160 °С, 150 мин ± 5 мин;
 - 2.5.4. стерилизация – не менее 180 °С, 60 мин ± 5 мин;
 - 2.5.5. свободный режим – в диапазоне от 50 °С до 200 °С, с установкой времени от 1 мин до 99 часов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев.