

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения «Расходные материалы для отделений
анестезиологии и реанимации»**

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Датчик для проведения мониторинга пульсоксиметрии к монитору пациента «Q7»	Датчик для проведения мониторинга пульсоксиметрии	200 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Датчик для проведения мониторинга пульсоксиметрии к монитору пациента «Q7»
2.1 Датчик одноразовый, неонатальный совместим с монитором пациента «Q7».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности), срока поставки в соответствии с документами организатора.