

Технические характеристики аудиометра импедансного

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект):

№	Наименование	Количество
1.1.	Импедансный аудиометр	1
1.2	Универсальный пробник	1
1.3	Одиночный контралатеральный головной телефон	1
1.4	Вкладыши ушные	1 набор
1.5	Шнур питания	1
1.6	Термопринтер	1
1.7	Термобумага	Не менее 100 рулонов

2. Технические требования

2.1. Тимпанометр (импедансометр)

2.1.1. Частота зондирующего сигнала: 226 Гц(678, 800, 1000 - возможно наличие)

2.1.2. Уровень зондирующего тона: 85 Дб звуковой громкости, ± 2 Дб,

2.1.3. Диапазон подвижности: от 0,1 до 5,0 $\pm$ 3,0 смЗ.

2.1.4. Точность определения подвижности: $\pm$ ОД смЗ.

2.1.5. Возможность исследования ипси- и контралатерального акустического рефлекса.

2.1.6. Возможность исследования функции слуховой трубы при интактной и перфорированной барабанной перепонке.

2.1.7. Возможность тестирования в автоматическом и ручном режиме.

2.1.8. Возможность присоединения к компьютеру.

2.1.9. Корпус изделия должен быть изготовлен из материала устойчивого к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

2.1.10. Наличие ЖКИ-дисплея.

2.1.11. Питание от сети 220В.

2.2. Пневмосистема

2.2.1. Диапазон давлений: от +200- +300 до -400 - -600 декаПа,

2.2.2. Измеренное значение отображается на графическом дисплее,

2.2.3. Направление развертки: от положительного к отрицательному.

2.3. Стимулы для исследования слухового рефлекса.

2.3.1. Частоты:

Тон - Контра, Рефлекс: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц.

Тон - Ипси, Рефлекс: 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц.

2.3.2. Выходные уровни: ипси: 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц. не более 110 Дб уровня громкости; контра: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 и 8000 Гц,- не более 120 Дб.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.