

Приложение №1
к заявке на закупку
стерилизатора суховоздушного

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Стерилизатор суховоздушный	шт.	1

2. Технические требования:

- 2.1 Стерилизатор предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклянной посуды и прочих медицинских изделий.
- 2.2 Диапазон автоматически поддерживаемых и регулируемых температур в рабочей камере должен быть от 50 до 200° С.
- 2.3 Объем рабочей камеры не менее 600 л должен быть из нержавеющей стали.
- 2.4 Наличие цифровой индикации заданной и текущих температур.
- 2.5 Информация о процессе должна отображаться на светодиодном дисплее.
- 2.6 Должна присутствовать принудительная циркуляция воздуха.
- 2.7 Наличие не менее 5 полок из нержавеющей стали.
- 2.8 Наличие не менее 10 лотков.
- 2.9 Направляющие для полок.
- 2.10 Электропитание 220В, частота 50 Гц.
- 2.11 Потребляемая мощность не более 6,7 кВт.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности:

- 3.1. согласно документам по процедуре государственной закупки организатора: не менее 12 месяцев с даты ввода медицинского оборудования в эксплуатацию.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемого изделия на белорусском либо русском языке.