

Республиканское унитарное предприятие "Медтехноцентр"

АКТ

О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ

от « 12 » 05 2026г.

УЗ "21-я центральная районная поликлиника"

(наименование учреждения-владельца медицинской техники)

Аппарат многофункциональный физио-рефлексотерапевтический

(наименование ИМТ)

тип, марка Рефтон-01-Ф-С

зав.№ 6400

год выпуска 2012

завод-изготовитель

договор с ЛПУ №

имеет следующие дефекты: Аппарат не включается. Перегорели предохранители ВП4-2 – 2 шт.

Выход из строя микросхемы КР572ПА1.

Заключение: Требуется ремонт аппарата с заменой необходимых запасных частей или их аналогов.

Директор УЗ "21-я центральная районная поликлиника" *С.М.Медведь*

Заручившись, что ремонт выполнен в срок, в том числе

Представитель республиканского

унитарного предприятия "Медтехноцентр"

электромеханик В.В.Недбас

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

от « 12 »

2026г.

от « »

202 г

М.П.

М.П.