

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)

№ п/п	Состав (комплектация оборудования)	Единица измерения	Количество
1	Монитор пациента прикроватный	Штука	1
	В составе одного комплекта монитора прикроватного:		
1.1.	Кабель ЭКГ на 5 отведений	Штука	1
1.2.	Датчик SpO2 многоцветный для взрослых	Штука	1
1.3.	Манжета для измерения давления размерами 25х35см	Штука	1
1.4.	Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления	Штука	1
1.5.	Датчик температуры для взрослых	Штука	1
1.6.	Кабель интерфейса с коннектором ИАД	Штука	1
1.7.	Датчик давления ИАД	Штука	1
1.8.	Кронштейн настенный	Штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**2.1 Общие требования:**

2.1. Монитор пациента моноблочного типа с набором конфигурируемых функций.

2.2. Оснащен ручкой для переноски, предусмотрены крепежные устройства.

2.3. Монитор пациента оснащен не менее 12-дюймовым цветным TFT-экраном управляется в режиме ввода с клавиатуры (функциональные кнопки на передней панели, поворотный переключатель, индикатор сигнала тревоги)

2.4. Интерфейс монитора русскоязычный цветной. Режимы работы: Мониторинг, Ночной режим, Демонстрация, Ожидание, Режим тайны, Режим «больших цифр».

2.5. Монитор располагает трендовой памятью с обеспечением записи графических и табличных трендов должно настраиваться в диапазоне от 10 мин. до 24 часов.

2.6. Монитор имеет иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам.

2.7. Монитор имеет встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 180 минут, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи.

2.2. Требования к функциям мониторинга:

2.2.1. Мониторинг ЭКГ в стандартных и усиленных отведениях (I, II, III, aVF, aVL, aVR) с возможностью расширения количества отведений.

2.2.2. Частота сердечных сокращений (ЧСС). Возможность выбора источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахикардиях.

Диапазон измерения не уже ЧСС 25-250/минуту с допустимой погрешностью измерения ЧСС не более 2%. Звуковая модуляция ЧСС на выбор с ЭКГ либо пульсоксиметрии/плетизмографии.

2.2.3. Частота дыхания, респирограмма. Метод измерения - импедансная пневмография, цифровое отображение и волновая респирограмма (без ограничения возраста и веса пациента). Диапазон измерений не уже ЧД 6-150/м разрешение- 1вд/мин.

2.2.4. Пульсоксиметрия/плетизмография. Цифровое отображение SpO₂ с разрешением 1%. Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия. Диапазон измерений SpO₂ от 1% до 100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% $\pm$ 2%. Звуковая модуляция значения SpO₂.

2.2.5. Неинвазивное давление. Измерение неинвазивного давления (цифровое отображение) осциллометрическим методом: систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 mmHg.

2.2.5.1. Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданные интервалы времени на выбор от 1 до 240 мин.

2.2.6. Инвазивное давление:

2.2.6.1 Цифровое отображение ИАД: систолического, диастолического, среднего; отображение кривой ИАД;

2.2.6.2 Возможность измерения ИАД по двум каналам;

2.2.6.3 Диапазон измерения: от 50 до 300 мм.рт.ст. Точность: $\pm$ 2%. Разрешение шкалы дисплея: 1 мм.рт.ст.

2.2.7. Измерение температуры тела (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °C.

3. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами: согласно аукционным документам организатора закупки.