

Лот № 2

Приложение №2
к заявке на закупку
Расходные материалы для реанимации

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Инфузионный кран

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация) медицинских изделий	Ед. изм.	Количество
1	Инфузионный кран	Блок из 3 кранов 360°	шт	100

2. Технические требования:

2.1. Предназначен для введения лекарств, проведения инфузии с возможностью соединения с инфузионными и трансфузионными системами, центральными и периферическими венозными катетерами и канюлями.

2.2. Однократного применения, стерильный.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Инфузионный фильтр**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Инфузионный фильтр	шт	200

2. Технические требования:

- 2.1. Мембрана 1,2 мкм, которая должна быть предназначена для инфузии жировых эмульсий и других растворов.
- 2.2. Должен задерживать микроорганизмы и твердые частицы, воздух.
- 2.3. Герметичное винтовое соединение.
- 2.4. Однократного применения, стерильный.
- 2.5. Эффективная площадь фильтра 10,0-11,0 см²
- 2.6. Объем заполнения 2,0-3,3 мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Инфузионный фильтр

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Инфузионный фильтр	шт	100

2. Технические требования:

- 2.1. Мембрана 1,2 мкм, которая должна быть предназначена для инфузии жировых эмульсий и других растворов.
- 2.2. Должен задерживать микроорганизмы и твердые частицы, воздух.
- 2.3. Герметичное винтовое соединение.
- 2.4. Однократного применения, стерильный.
- 2.5. Эффективная площадь фильтра 4,0 - 5,0 см²
- 2.6. Объем заполнения 1,0 - 2,0 мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Линия мониторинга

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Трубка ПВХ	шт	2000

2. Технические требования:

- 2.1. Длина трубки 1,5-2,0 м.
- 2.2. На концах трубки установлены коннекторы Луер-Лок.
- 2.3. Предназначен для мониторинга газов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Надгортанный воздуховод

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация)	Ед. изм.	Количество
1	Надгортанный воздуховод	Размер № 1,5	шт.	20
		Размер № 2,0	шт.	40
		Размер № 2,5	шт.	40
		Размер № 3,0	шт.	40
		Размер № 4,0	шт.	10
		Размер № 5,0	шт.	10

2. Технические требования:

- 2.1. Материал изделия должен быть прозрачным.
- 2.2. 15-миллиметровый коннектор, обеспечивает надежное соединение с любым контуром.
- 2.3. Встроенное защитное усиление от повреждения зубами.
- 2.4. Ротовой стабилизатор.
- 2.5. Блокатор надгортанника.
- 2.6. Мягкая нераздувная манжета.
- 2.7. В индивидуальной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

маска кислородная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация) медицинских изделий:	Ед. изм.	Количество
1	Маска кислородная	1.1 Маска- 1 шт 1.2 Трубка- 1 шт.	Шт.	100

2. Технические требования:

- 2.1. Прозрачный материал маски
- 2.2. Края маски атравматичны
- 2.3. Возможно фиксировать на лице пациента
- 2.4. Трубка длиной 1800-2100мм
- 2.5. Предназначен для новорожденных и младенцев весом до 5кг.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.
-

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
маска кислородная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация) медицинских изделий:	Ед. изм.	Количество
1	Маска кислородная	1.1. Маска- 1 шт 1.2. Трубка- 1 шт.	Шт.	100

2. Технические требования:

- 2.1. Прозрачный материал маски
- 2.2. Края маски атравматичны
- 2.3. Возможно фиксировать на лице пациента.
- 2.4. Трубка длиной 1000-1500мм
- 2.5. Предназначен для младенцев и детей весом 5-25 кг.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий
натронная известь (абсорбер) Ругamid или аналог****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Натронная известь (абсорбер) Ругamid или аналог	уп	100

2. Технические требования:

- 2.1. Одноразовый абсорбер углекислого газа CLIC Free с технологией RFID или аналог
- 2.2. Форма гранул – сфера или полусфера;
- 2.3. Изменение цвета по мере истощения с белого на фиолетовый;
- 2.4. Емкость не более 1,2 л;
- 2.5. Совместим с наркозно-дыхательным аппаратом PRIMUS, PERSEUS
- 2.6. Специально для клинического использования во время ингаляционной анестезии для абсорбции углекислого газа из циркуляционного дыхательного контура

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Датчик для BIS монитора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация) медицинских изделий	Ед. изм.	Количество
1	Электрод биспектрального индекса для взрослых	Одноразовый	шт	70
2	Электрод биспектрального индекса для детей и новорожденных	Одноразовый	шт	30

2. Технические требования:

2.1. Совместим с мониторами биспектрального индекса Cerebral State Monitor

2.2. Однократного применения, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.