

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во
1	Пила Джильи проволочная	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Длина 400 мм, ± 10 мм.

2.2. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во
1	Рукоятка для проволочных пил	шт.	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;

2.2. Наличие крючка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Приложение №3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во
1	Ручка скальпеля №4, большая	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;
- 2.2. Длина 135 мм, ± 10 мм;
- 2.3. Ручка должна подходить для лезвий № 18-24.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).