

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Система инфузионная для переливания растворов с винтовым соединением Интрафикс®
Сейфсет П с воздушной вентиляцией или аналог
 (наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Лот №1	Система инфузионная для переливания растворов с винтовым соединением Интрафикс® Сейфсет П с воздушной вентиляцией или аналог	штук	10000

2. Технические требования:

- 2.1 Стерильные, упаковано в индивидуальную упаковку.
- 2.2 Высокопрозрачная конструкция купола визуализирует формирование капли; предназначены для гравитационного внутривенного вливания инфузионных растворов
- 2.3 Универсальный пластиковый шип предназначен для перфорации емкости с инфузионным раствором
- 2.4 Воздухозаборный клапан, снабженный фильтром и удобной крышкой, защищает от контаминации вводимые препараты
- 2.5 Прозрачная камера с капельным устройством обеспечивает контроль подачи раствора
- 2.6 Стандарт: 20 капель = 1 мл $\pm$ 0,1 мл
- 2.7 Микро: 60 капель = 1 мл $\pm$ 0,1 мл
- 2.8 Роликовый регулятор удобен в использовании и обеспечивает хороший контроль скорости потока инфузии
- 2.9 Жидкостный фильтр с размерами ячеек 15 мкм обеспечивает высокую пропускную способность и надежную очистку раствора
- 2.10 Прозрачные трубки, устойчивые к изломам, позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора
- 2.11 Соединение Луер или Луер Лок адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам
- 2.12 Инъекционная игла с трехгранной заточкой обеспечивает атравматичную венепункцию (возможна комплектация с иглой и без иглы)
- 2.13 Подходит для стеклянных и пластиковых больших и малых флаконов с резиновыми пробками 6.3 мм и портов инфузионных пакетов
- 2.14 Поддерживает высокую скорость потока даже из стеклянных флаконов
- 2.15 Герметичное винтовое соединение

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.