

Технические характеристики (описание)

Бумага для регистрирующих приборов для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Размер	Количество
ЛОТ №1 Бумага для регистрирующих приборов (ориентировочный размер 112*90*122)	1) ширина 112мм, расстояние между складками не менее 90мм, в пачке должно быть не менее 122 листов, разделенных поперечной перфорацией 2) обязательная совместимость с фетальными мониторами Cadence	24 пачки
ЛОТ №2 Бумага для регистрирующих приборов (ориентировочный размер 143*150*300)	1) ширина 143 мм, расстояние между складками не менее 150 мм, в пачке должно быть не менее 300 листов, разделенных поперечной перфорацией 2) обязательная совместимость с фетальными мониторами Sonicaid	1 510 пачек
ЛОТ №3 Бумага для регистрирующих приборов (ориентировочный размер 152*90*150)	1) ширина 152мм, расстояние между складками не менее 90мм, в пачке должно быть не менее 150 листов, разделенных поперечной перфорацией 2) обязательная совместимость с фетальными мониторами FM Bistos/Corometrics 4305 ААО/САО, Корометрикс-170, Bistos BT-350	7 900 пачек

2. Технические требования:

ЛОТ №1-3:

- 2.1. Исполнение – Z-образная пачка (гармошка);
- 2.2. Лента должна быть сфальцована в пачки, в которой каждый лист разделен поперечной перфорацией;
- 2.3. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки;
- 2.4. Лента должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге (т.е. с покрытием, реагирующим на нагревание);
- 2.5. Бумага должна быть белая;
- 2.6. Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.