

## Технические характеристики (описание) медицинской мебели

### 1. Состав (комплектация) оборудования:

| Номер и наименование ЛОТа                   | Состав (комплектация) медицинских изделий                     | Количество |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| ЛОТ № 1 Столик (подставка) для инструментов | Столик (подставка) для инструментов с регулировкой по высоте. | 10 штук    |

### 2. Технические требования:

| ЛОТ № 1 Столик (подставка) для инструментов                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1 Размеры столика: длина 740-780мм, ширина 490-510мм, диапазон регулировки высоты от 900 мм до не менее 1250 мм. |  |
| 2.2. Столик (подставка) из нержавеющей стали на колесных опорах.                                                   |  |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

## Технические характеристики (описание) инвалидных колясок

### 1. Состав (комплектация) оборудования:

| Номер и наименование ЛОТа | Состав (комплектация) медицинских изделий                                   | Количество |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ЛОТ № 2 Кресло-коляска    | 1. Кресло-коляска для взрослых с судном с грузоподъемностью не менее 100 кг | 4 штук     |
|                           | 2. Кресло-коляска для взрослых с судном с грузоподъемностью не менее 100 кг | 2 штук     |

### 2. Технические требования:

| ЛОТ № 2 Инвалидная коляска                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1.1 Длина 1080-1110мм; ширина 660- 690мм; высота 950мм - 1000мм; ширина сидения 472±10мм. Высота от пола до сиденья 520±10мм. Съёмные регулируемые по высоте подножки. Сиденье с отверстием для ёмкости оснащено подушкой. Колеса: передние - поворотные диаметр 120 -200мм, задние с полиуретановыми шинами диаметр 600-640мм. |  |
| 2.1.2 Длина 1040-1070мм; ширина 615- 630мм; высота 950мм - 1000мм; ширина сидения 472±10мм. Высота от пола до сиденья 520±15мм. Съёмные регулируемые по высоте подножки. Сиденье с отверстием для ёмкости оснащено подушкой. Колеса диаметр 120 -200мм, задние колеса с тормозом.                                                 |  |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.